



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 08.11.2022

SPZOZ.DŚM-ZP.240.17.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „ Sukcesywna dostawa materiałów szewnych IV”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 1 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 2 dopuści nić o dł. 50cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 8 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 11 dopuści igłę tnącą dwuwkłęsłą kosmetyczną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 20 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 22 dopuści igłę okrągłą bez określenia „wzmocniona”? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Proszę o dopuszczenie w pozycji 1 nitki 50 cm

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 8

Proszę o dopuszczenie w pozycji 2 nitki 50 cm

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 9

Proszę o dopuszczenie w pozycji 3 nitki 50 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Proszę o dopuszczenie w pozycji 8 nitki 75 cm

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 11

Proszę o dopuszczenie w pozycji 9 nitki 60 cm

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 12

Proszę o dopuszczenie w pozycji 11 nitki 50 cm

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 13

Proszę o dopuszczenie w pozycji 14 i 15 nici powleczonych silikonem

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Proszę o dopuszczenie w pozycji 19 nitki 90 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu pakowania szwów w podwójnie sterylne opakowania i dopuszczenie szwów zapakowanych w folię aluminiową z pełnymi danymi identyfikującymi produkt? Pojedyncze sterylne aluminiowe opakowania zapewniają dokładnie te same właściwości, a co najważniejsze to samo bezpieczeństwo materiału szewnego, dlatego posiadają wszelkie wymagane dokumenty rejestracyjne dla wyrobów medycznych i są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych.

Odp. Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu

Zamawiający uzupełnia opis:

Pozycja 19: szew syntetyczny pleciony, wchłaniający z Poliglaktyny 910 powlekany Poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia, wchłaniający między 56-70 dniem.

*/p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
lek. Michał Michalski/*