



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 22.11.2022

SPZOZ.DŚM-ZP.240.19.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „ Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. ”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

PYTANIE 1 pakiet 8, poz. 5-9:

Ze względu na wymóg dotyczący sztywności i nie ulegania zgnieceniu pojemników na odpady medyczne prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne **wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem?**

Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednorodną grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas użytkowania.

Odpowiedź: Dopuszcza, mniej wymaga

PYTANIE 2 – pakiet 8, poz. 15:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny golarki medyczne nie-sterylne, pakowane pojedynczo reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 3 – pakiet 8, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny golarki medyczne nie-sterylne, jednorazowego użytku, jednostrzowe, ostrze poprzedzone grzebykiem, z plastikową osłonką chroniącą ostrze oraz grzebyk – zgodne z poniższym zdjęciem, pakowane po 100 sztuk z przeliczeniem na 25 opakowań.



Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

PYTANIE 4 – pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści klipsownice o średnicy cewnika 2.6 mm zamiast 2.5mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 5 – pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści igły pakowane po 10 sztuk, bez strzykawki w zestawie?? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 6 – pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 8,9 dopuści kleszcze biopsyjne pokrywane osłonką hydrofilną PE? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 7 – pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści szczoteczki o długości roboczej 230cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 8 – pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści szczoteczki o długości roboczej 230cm oraz z dwoma główkami czyszczącymi?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 9– pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 dopuści chwytaki o średnicy osłonki 2.4mm zamiast 2.5-2.6mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 10 – pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 dopuści chwytaki jednorazowego użytku

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 11- pakiet nr 10 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wklucia centralnego pakowanego w opakowanie typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, posiadającego w swoim składzie strzykawkę Luer Lock oraz igłotrzymacz typu Mayo-Hegar o długości 14 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 12- pakiet nr 10 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów posiadającego w swoim składzie nożyczki metalowe ostro-ostre 11,6 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 13- pakiet nr 10 poz. nr 3

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdejmowania szwów posiadającego w swoim składzie tampony włókninowe wielkości jajka? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 14 PROJEKT UMOWY

§ 11, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obliczanie ich wartości w następujący sposób:

§ 11, ust. 1, pkt. 1; ust. 2 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

§ 11, ust. 1, pkt. 2 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej partii zamówienia

§ 11, ust. 1, pkt. 3 do kwoty 0,5% wartości wadliwej partii zamówienia

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 15 Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV bez zawartości ftalanów, o długości 55mm w części przezroczystej, bez lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana ze wzmocnionego ABS, z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu. Przyrząd posiada odpowietrznik z filtrem bakteryjnym o wysokiej skuteczności, filtr płynu 15umm. Przyrząd wyposażony w zaciskacz pozwalający na dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustalonej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości przezroczysty umożliwiającą kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Wzmocniony kolec oraz zaciskacz w kolorze białym. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo (folia-papier), na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 16 Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 17 Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 18 Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 19 Pakiet 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 20 Pakiet 1, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv nie zawierającego ftalanów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 21 Pakiet 2, Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 10% rozszerzeniem skali?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 22 Pakiet 2, Pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z oznaczeniem kolorystycznym rozmiaru wyłącznie na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 23 Pakiet 2, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 24 Pakiet 2, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 25 Pakiet 2, Pozycja 7, 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 26 Pakiet 2, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 27 Pakiet 2, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 140ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 28 Pakiet 5, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej ze strzykawką wyposażoną w skalę jednostronną? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 29 Pakiet 5, poz.4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 40ml z drenami jak na zdjęciu:



, jak dotychczas stosowany w Państwa Jednostce?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 30 Pakiet 5, poz.4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności z drenami jak na zdjęciu:



, jak dotychczas stosowany w Państwa Jednostce? Dostarczane były zarówno 25ml, jak i 40ml stąd pytanie. Którą długość drenów wraz z pojemnością Państwo oczekują?

Odpowiedź: Dopuszczamy 25ml i 40 ml.

PYTANIE 31 Pakiet 5, poz.5

Czy Zamawiający dopuści katetery do embolektomii wykonane z poliamidu? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 32 Pakiet 5, poz.25

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3-5ml spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 33 Pakiet 5, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści worki ze skalą z wysoką dokładnością pomiaru od 25 ml, co 50 ml od 50 ml do 200 ml i co 100 ml do 2000 ml oraz z drenem zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 34 Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez zatyczki, jak dotychczas dostarczane do Państwa Jednostki?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 35 Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren bez nadrukowanego bezpośrednio rozmiaru?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 36 Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran z pojemnikiem ssącym typu mieszek wykonanym z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 37 Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikiem i workiem 800ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 38 Pakiet 6, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści dren bez łącznika?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 39 Pakiet 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę testów za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 40 Pakiet 6, poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 50cm z cyfrową podziałką głębokości co 1 cm (od 5 cm do 40 cm), spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 41 Pakiet 6, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarach od CH 10 do 24 (co 2), spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 42 Pakiet 7, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe ze śladową ilością ftalanów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

PYTANIE 43 Pakiet 7, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści filtr wykonany z:

Tworzywa:

- obudowa: SBC / PP
- medium filtracyjne: PP
- zatyczka portu CO₂: PE

Parametry:

- objętość oddechowa (V_r): 300 – 1500 ml
- przestrzeń martwa: 45 ml
- waga: 29 g
- skuteczność bakteryjna: 99,9999%
- skuteczność wirusowa: 99,9995%
- opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	1,4 hPa	1,3 hPa
1,0 l / s	3,3 hPa	3,2 hPa
1,5 l / s	5,5 hPa	5,4 hPa

- połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F
- port CO₂ zabezpieczony koreczkiem luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie: folia / papier

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 44 Pakiet 7, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe bez znacznika głębokości, nie przeznaczone do używania w środowisku MRI, w rozmiarach 1-5?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 45 Pakiet 7, poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści sterylne cewniki ze śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 46 Pakiet 7, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o następujących parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA, bez zawartości PVC
- Uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka, opakowanie folia/papier?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 47 Pakiet 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 48 Pakiet 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kuwetę 20ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 49 Pakiet 8, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do przedoperacyjnego mycia rąk i skóry w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych, korpus wykonany z nylonu, oszczotkowanie główne i pomocnicze (do mycia opuszków palców i paznokci) wykonane z nylonu, pęczki włosia równomiernie rozłożone, dzięki czemu środek dezynfekujący jest efektywnie rozprowadzany, zastosowane materiały gwarantują skuteczność, komfort mycia, uniemożliwiają osadzanie się zanieczyszczeń i przeciwdziałają rozwijaniu się flory bakteryjnej, niesterylna, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 132 st.C, wielorazowego użytku, dopuszczalna ilość resterylizacji – 100 razy?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 50 Pakiet 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów bez filtra bakteryjnego 99,99?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 51 Pakiet 1, POZ. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego igłę dwukanałową ściętą trójplaszczynowo, wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 52 Pakiet 1, POZ. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kropłową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 53 Pakiet 2, POZ. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oznaczenia kolorystycznego wielkości strzykawek na opakowaniu?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 54 Pakiet 2, POZ. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 55 Pakiet 12, POZ. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z PTFE?

Odpowiedź: Dopuszcza

PYTANIE 56 Pakiet 12, POZ. 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadająca trzpień koreczka powyżej jego krawędzi?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 57 Pakiet 12, POZ. 1-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającą samodomykający się zawór portu bocznego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 58 Pakiet 12, poz. 7 i 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej w rozmiarze G 16 x 45mm i 14 G x 45mm?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 59 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy cewnika 2,6 mm, szerokości rozwarcia ramion 13 mm i 16 mm (do wyboru).

Odpowiedź: Dopuszczamy, Zamawiający wybiera szerokość ramion 13mm.

PYTANIE 60 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm, o długości 240 cm, z uchwytem skalowanym co 10 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 61 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 62 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igły o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 63 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 64 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o długości cewnika 230 cm, 3 główki czyszczące na cewniku, każdy koniec zakończony oliwką.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 65 Pakiet nr 18

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie wielorazowych chwytaków z cewnikiem średnicy 2,3 mm, dł. 2300mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 66 Pakiet nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worka o pojemności 300 ml, z materiału o bardzo dużej wytrzymałości, nie wymagającego wzmocnienia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 67 Pakiet nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy główki 21, 24, 26, 29 i 32 mm, stapler o średnicy 24 i 26 mm z pełnym prostym stożkiem z otworem do zabezpieczenia szwem, wysokość zszywki otwartej 4,5 mm dla średnicy 21 mm i 24 mm, wysokość zszywki 5,0 mm dla pozostałych średnic.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 68 Pakiet nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplera o długości zszywania 65 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 69 Pakiet nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplera o długości zszywania 85 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 70 Pakiet nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplera 45 i 60 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 71 Pakiet nr 19

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie ładunku do staplera 60 mm/ 3,5 mm i 60 mm/ 4,0 mm – do wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 72 Pakiet 18, Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną, w osłonce z tworzywa sztucznego o średnicy 2,6 mm, długość narzędzia 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm, kąt rozwarcia 135; narzędzie pakowane w specjalny pancierz transportowy dla ochrony przed uszkodzeniem?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 73 Pakiet 18, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, cewnik o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 74 Pakiet 18, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, cewnik o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 75 Pakiet 18 Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy otwarcia 10 mm, cewnik o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 76 Pakiet 18 Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, cewnik o śr. 2,4 mm, bez funkcji rotacji, długość 240 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 77 Pakiet 18 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści owalną pętle do polipektomii, cewnik o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 78 Pakiet 18 Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań o śr. 0,6 mm, dł. ostrza 4 lub 6 mm, osłonka 2,4 mm, w sterylnym opakowaniu wyłącznie igła (bez strzykawki), pakowane po 10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 79 Pakiet 18 Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce polietylenowej bezpiecznej dla kanału endoskopowego? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 80 Pakiet 18 Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce polietylenowej bezpiecznej dla kanału endoskopowego? Pozostałe parametry zgodne z SZW.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 81 Pakiet 18 Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane w dyspenser kartonowy z otworem w jego górnej części? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 82 Pakiet 18 Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu; dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm; na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami; opakowanie handlowe 50 sztuk?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 83 Pakiet 18 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 84 Pakiet 18 Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści chwytaki 4-ramienne, dł. robocza 230 cm, w przezierniej osłonce o śr. 2,4 mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 85 Pakiet 18 Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści tusz do tatuaży, w opakowaniu 10 ampułko-strzykawkę po 5 ml?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy z odpowiednim przeliczeniem ilości.

PYTANIE 86 Pakiet 19 Poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty na dwa rodzaje worków laparoskopowych.

Pierwszy: worek laparoskopowy automatyczny na widelkach wykonany z poliuretanu z przewodnicą o pojemności 250 ml kompatybilny z trokarem 10mm. Drugi: worek laparoskopowy półautomatyczny, samorozprężalny, kompatybilny z trokarem 10 mm, pojemność worka 100 lub 200ml (do wyboru przez zamawiającego), worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0, powleczony polimerem.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

PYTANIE 87 Pakiet 1 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczyzną – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 88 Pakiet 1 Poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 89 Pakiet 1 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 90 Pakiet 1 Poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia lub dokumentu potwierdzającego syst. zamknięty w rozumieniu def. NIOSH, natomiast dopuści standardowy przyrząd IS z filtrem, bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji?

Odpowiedź :Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 91 Pakiet 1 Poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 92 Pakiet 1 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 93 Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 94 Pakiet 1 Poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

PYTANIE 95 Pakiet 1 Poz. 2

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź :Dopuszczamy

PYTANIE 96 Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź :Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 97 Pakiet 1, poz. 5,7-8

Czy zamawiający wydzieli poz.5,7-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 98 Pakiet 5, poz. 27,28,34

Czy zamawiający wydzieli poz.27,28,34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 99 Pakiet 5, poz. 28

Czy zamawiający dopuści worek z drenem o dł. 90 cm, bez możliwości wyboru innej długości?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 100 Pakiet 5, poz. 28

Czy zamawiający dopuści worek bez nadrukowanej instrukcji użycia na opakowaniu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 101 Pakiet 5, poz. 34

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 102 Pakiet 5, poz. 34

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer., pakowane po 50 szt.?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 103 Pakiet 6, poz. 20-25,

Czy zamawiający wydzieli poz. 20-25 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 104 Pakiet 7

Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 105 Pakiet 8 poz. 3, 11, 14-15, 20-21,

Czy zamawiający wydzieli poz. 3, 11, 14-15, 20-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 106 Pakiet 12, poz. 16

Czy zamawiający wydzieli poz. 16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami

uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 107 Pakiet 12, poz. 16

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 108 Pakiet 12, poz. 16

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 109 Pakiet 12, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

PYTANIE 110 Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o opisie:

„Przyrząd bezpieczny do infuzji Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, grawitacyjny z możliwością utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji.

Zastawka umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Kropłomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed

większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu. Komora kroplowa dzielona na elastyczną/miękką część dolną oraz twardą część górną.

Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock

zabezpieczone koreczkiem. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy . Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia. •

Objętość wypełnienia: 6,46 ml/min.”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 111 Pakiet 18 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy endoskopowej jednorazowego użytku długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm, bez osłony zewnętrznej, cewnik pokryty teflonem, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie ramion klipsa 12 mm lub 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), kąt rozwarcia 135.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 112 Pakiet 18 Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku plecionka, owalna, śr. pętli 30-35 mm. Śr. cewnika 2,4 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Dopuszczamy , pozostałe parametry bez zmian

PYTANIE 113 Pakiet 18 Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku plecionka, owalna, śr. pętli 15 mm. Śr. cewnika 2,4 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry bez zmian

PYTANIE 114 Pakiet 18 Poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej pętli jednorazowego , monofilament, owalna, śr. pętli 6 mm. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 115 Pakiet 18 Poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, heksagonalna, śr. pętli 30-35 mm. Śr. cewnika 2,4 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Średnica cewnika 2,4mm. Rękojeść skalowana co 5 mm, na opakowaniu min. 3 naklejki z numerami katalogowymi i lot do dokumentacji medycznej

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy pozostałe parametry bez zmian

PYTANIE 116 Pakiet 18 Poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,5mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz oddzielnie zapakowana sterylnie strzykawka. Pakowane po 10 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 117 Pakiet 18 Poz. 8-9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych pokrytych niekompatybilną powłoką PE bezpieczną dla kanałów endoskopowych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

PYTANIE 118 Pakiet 18 Poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwustronnej szczotki czyszczącej endoskopowej jednorazowego użytku, szczotki- średnica włosia 6mm, dł.20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowane indywidualnie. Trzy etykiety do dokumentacji medycznej: z nr LOT, nr katalogowym i datą ważności, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym w celu 100% identyfikacji produktu.

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 119 Pakiet 18 Poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki czyszczącej endoskopowej jednorazowego użytku. Szczotka czyszcząca jednorazowa MULTIPOINT z 3 szczoteczkami. Długość szczoteczek (włosa) 20mm, średnica 6mm. Szczotki dystalne zakończone kulkami. Pakowane indywidualnie. Trzy etykiety do dokumentacji medycznej: z nr LOT, nr katalogowym i datą ważności, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym w celu 100% identyfikacji produktu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 120 Pakiet 18 Poz. 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chwytaka do polipów i ciał obcych, jednorazowego użytku, 4-ramienny, ramiona zakończone atraumatycznie, w celu ochrony kanału endoskopu, dł. robocza 230 cm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 121 Pakiet 3 Poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści igły nie posiadające pryzmatu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 122 Pakiet 3 Poz.5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny jeżeli pozycje 1-4 posiadają prowadnicę w zestawie?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 123 Pakiet 3 Poz.10

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 27Gx88mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 124 Pakiet 3 Poz. 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny jeżeli pozycje 7-10 posiadają prowadnicę w zestawie?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 125 Pakiet 3 Poz.18

Czy Zamawiający dopuści igły do stymulatora w rozmiarze 22G 0,6x70mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 126 Pakiet 3 Poz.19

Czy Zamawiający dopuści igły do stymulatora w rozmiarze 22G 0,6x40mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 127 Pakiet 3 Poz.22

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego o składzie:

- 1x serweta z laminatu Blue Special 60x50 cm, z otworem o średnicy 10 cm i dwoma przylepcami w narożnikach
- 1x serweta z laminatu FB 45x75 cm

- 5x kompres gazowy 17-nitkowy, 12-warstwowy, wymiary: 7,5x7,5 cm
- 1x opatrunek Fixopore S, wymiary: 5x7,2 cm
- 1x igła iniekcyjna 18G, średnica: 1,2 mm, długość: 40 mm, kolor: różowy
- 1x igła iniekcyjna 25G, średnica: 0,5 mm, długość: 25 mm, kolor: pomarańczowy
- 1x pęseta anatomiczna plastikowa, zielona, długość: 13 cm
- 1x pojemnik plastikowy "nerka", niebieski, pojemność: 700 ml
- 1x strzykawka plastikowa 3-częściowa, luer lock, pojemność: 10 ml
- 1x strzykawka plastikowa 3-częściowa, luer lock, pojemność: 5 ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 128 Pakiet 3 Poz.22

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego o składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przylepnego otworu, 45 cm x 37 cm (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x igła 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm
- 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 129 Pakiet 7 Poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 130 Pakiet 7 Poz.9

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 30g i przestrzeni martwej 40ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 131 Pakiet 7 Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 15g i przestrzeni martwej 12ml?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 132 Pakiet 7 Poz.9

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji wirusów i bakterii na poziomie 99,999%?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 133 Pakiet 7 Poz.10

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, bez ftalanów, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; nie posiada możliwości stosowania w polu magnetycznym, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące

rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczki prawidłowego usytuowania maski umieszczony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 134 Pakiet 7 Poz.13

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rurami o dł. 180cm oraz dodatkową rurą o dł. 120cm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 135 Pakiet 7 Poz.13

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy bezlateksowy nie posiadający informacji na kołnierzu o braku lateksu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

PYTANIE 136 Pakiet 7 Poz.13

Czy Zamawiający dopuści, aby informacja o sterylności i sposobu sterylizacji była umieszczona na opakowaniu jednostkowym obwodu w zamian za dołączenie do oferty certyfikatu sterylizacji?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

PYTANIE 137 Pakiet 17 Poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści rurki dotchawicze ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

PYTANIE 138 Pakiet 17 Poz.4

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną w całości z PE?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 139 Pakiet 17 Poz.4

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną w całości z PCV?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 140 Pakiet 17 Poz.7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2,0; 3,3; 4,0 oraz 4,7?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 141 Pakiet 17 Poz.8

Pakiet nr 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową w rozmiarach 3,0-9,0?

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 142 Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą bez PCV jednoczęściowa elastyczna, igła biorcza wykonana z ABS. Kolec i końcówka nieprzeźroczyste, co nie wpływa na możliwość kontroli wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 143 Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową ściętą dwupłaszczyznowo , co uniemożliwia wysuwanie się przyrządów z pojemników i wypływ z miejsca połączenia oraz umożliwia szybkie opróżnienie pojemnika z płynem i wstępne wypełnienie komory

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 144 Pakiet 1 Poz. 4 i 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przedłużacza o średnicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Dopuszczamy, dren 1,24 mm

PYTANIE 145 Pakiet 1 Poz. 4 i 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania przedłużacza przezroczystego do pomp z osłonkami łącznika męskiego i żeńskiego Luer lock.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 146 Pakiet 2 Poz. 1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania strzykawk z dwustronną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 147 Pakiet 2 Poz. 1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania strzykawk z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji , gwarantującym płynną podaż leku .

Odpowiedź: Dopuszczamy

PYTANIE 148 Pakiet 2 Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z uszczelniaczem 100 ml

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 149 Pakiet 2 Poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym i tęym ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni 1,2 x40 mm (18G) lub 1,2 x 25 mm (18G) do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 150 Pakiet 10 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 10 kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5cm,
- 10 tupferów z gazy bawełnianej w kształcie kuli 20cm x 20cm,
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm,
- 1 x serweta z laminatu nieprzylepna 45cm x 75cm,
- 1 x serweta z laminatu 45cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm z przyłepcem wokół otworu,
- 1 x strzykawka plast. 2cz 10ml LN,
- 1 x strzykawka plast. 2cz 20ml LN,
- 1 x igła 1,2mm x 40mm 18G 1 1/2 różowa,
- 1 x igła 0,8mm x 40mm 21G 1 1/2 zielona,
- 1 x ostrze nr 11 - długość 40mm,

- 1 x igłotrzymacz typu Webster 13 cm,

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 151 Pakiet 10 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm,
- 3 x tupfer z gazy bawełnianej w kształcie kuli 20cm x 20cm,
- 5 x kompresy włókninowe 30g/m² 7,5cm x 7,5cm,
- 1 x nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm,
- 1 x serweta z laminatu 50cm x 60cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem wokół otworu,
- 1 x serweta z laminatu nieprzylepna 45cm x 75cm,
- 1 x kleszczyki metalowe Webster 13 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 152 Pakiet 10 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 6 x kompres z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm,
- 2 rękawice nitylowe niepodrowane M,
- 1 x ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 11 cm,
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm,
- 1 serweta z laminatu 45x38cm

Opakowanie: Miękki blister z 1 komorą?

Odpowiedź :Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 153 dot. Projektu umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 154 dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 4 ust. 17 wzoru umowy na „Kary umowne będą naliczane do momentu posiadania przez Zamawiającego danego towaru, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę”?

Odpowiedź: Podtrzymuje zapisy SWZ

PYTANIE 155 dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w §6 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „,chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 156 Pakiet 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową w rozmiarze pediatrycznym ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 157 Pakiet 7, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważną maskę w rozmiarze pediatrycznym ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 158 Pakiet 7 pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważną maskę mikrobiologicznie czystą ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 159 Pakiet 20 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Elektroda Erbe Nesy Omega 103cm2 bez kabla op=100 szt?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 160 Pakiet 20 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Uchwyt elektrody mono 2 przyciski MO 9/5, kabel 4 m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 161 Pakiet 20 pozycja 2

Czy zamawiający wymaga uchwytu monopolarnego z wejściem do elektrod 2,4 mm czy 4 mm?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 162 Pakiet 20 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści długość kabla 3,2 m?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 163 Projekt umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §6 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

PYTANIE 164 Projekt umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy wprowadzając zmiany w § 6 poprzez dodanie ust. 12 o następującym brzmieniu:

„12. Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia, których listę publikuje minister właściwy do spraw gospodarki”

PYTANIE 165 Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1 :

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 2) 0,5% ceny brutto każdej partii sprzętu, które nie zostały dostarczone w terminie określonym w §4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego sprzętu**
 - 3) za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na inny pozbawiony wad, o czym mowa jest w §8 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5% wartości ceny brutto **wadliwego sprzętu**, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego sprzętu**
- 4) Za zwłokę w dostarczeniu dokumentów w terminie o którym mowa w § 5 ust.5, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy niedostarczone dokumenty**, licząc od dnia następnego, w którym minął termin ich dostarczenia.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)

Zamawiający informuje, że ulegną zmianie niżej wymienione terminy:

- 1) Termin związania z ofertą : 29.12.2022
- 2) Termin złożenia ofert: 28.11.2022 godz.10.00
- 3) Termin otwarcia ofert: 28.11.2022 godz.10.30

Stosowną informację o zmianie w/w terminów Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

/p.o. Z-ca
Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
lek. Michał Michalski /