



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 09.10.2020

SPZOZ.DŚM-ZP.240.16.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy : postępowania pn. „ Dostawa obłożeń chirurgicznych, wyrobów z włókniny oraz innych wyrobów medycznych”

Działając na podstawie art.38 ust. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) informację o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 14 poz.13 ("Papier LIFEPACK 12,11 Medronic oryginalny papier termoczulý EKG 100mmx22m cat 11240-000016 ")

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych ilości. Papier oryginalny jest pakowany po 2 sztuki. Zatem czy Zamawiający oczekuje 60 sztuk papieru czy też 60 opakowania a'2sztuki?

Odp. Zamawiający oczkuje 60 szt. – 30 opakowań x 2 szt.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 34 poz.19 (elektroda do defibrylatora jednorazowa do aparatu typu Zoll)

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jednostek miary i wymaganych ilości. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami. Czy Zamawiający oczekuje 6 par elektrod czy też 6 sztuk (tj 3 pary?)

Odp. Zamawiający oczekuje 6 szt. – 3 pary

Pytanie nr 3

Pakiet nr 34 poz.29

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje ustników pakowanych pojedynczo?

Odp. TAK

Pytanie nr 4

SIWZ XIII pkt.2

Ze względu na przewidziany w SIWZ dział XII pkt 3 proponowane kryterium – 1 dzień roboczy jest to **bardzo krótki czas na realizację zamówienia 24 godz. (1 dzień)**. Zwracamy się z prośbą o **dopisanie do par 4 pkt.2 projektu umowy podania precyzującej godziny składania zamówień u Wykonawcy, tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”**.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w zakresie § 4 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: „ Termin realizacji dostawy cząstkowej wynosi do (zgodnie z ofertą) od złożenia zamówienia. Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”

Pytanie nr 5

Projekt Umowy §1 ust. 5 Prosimy o wykreślenie z projektu umowy §1 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,5,6,7 do odrębnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do zadania z ofertą na pozostały asortyment.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7. Pakiet 1, poz. 1

- Czy zamawiający Zamawiający wymaga fartuch z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
- Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?
- Czy zamawiający dopuści w zestawie rękawiczki 43 x 30 cm wykonane z 100% celulozy wysokiej chłonności?
- Czy zamawiający dopuści odporność na przenikanie cieczy 38 cm H₂O?
- Czy zamawiający dopuści parametry o wartości: na wypychanie na sucho 110,80 Kpa?
- Czy zamawiający dopuści parametry o wartości: rozciąganie na mokro 66/38,7 N/50 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8. Pakiet 1, poz. 2

- Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS minimum 43 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
- Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.
- Czy zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9. Pakiet 1, poz. 1-2,16-17,19

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 ,16-17,19 do osobnego pakietu, a takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 10. Pakiet 1, poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego składającego się z:

- a) serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm – 1 szt.
- b) serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm – 1 szt.
- c) serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – 2 szt.
- d) ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm – 4 szt.
- e) taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny – 1 szt.
- f) osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m² i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m² oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m². Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację – 1 szt.
- g) serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna o wymiarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m² – 1 szt.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11. pakiet 1, poz. 7-11

Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12. Pakiet 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego składającego się z:

- a) samoprzylepne obłożenie 75x90 cm, wymiar taśmy przylepnej 5x90 cm
- b) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
- c) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm
- d) taśma przylepna 9x50 cm
- e) koc dla dziecka 100x120 cm
- f) obłożenie pola z okryciem kończyn 280x250/225 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13. Pakiet 1, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej składającego się z:

- a) ręczniki x2 szt. o wymiarze 25x19 cm
- b) taśma przylepna 9x50 cm
- c) obłożenie pola 75x90 cm,
- d) osłona kończyny 120 x 75 cm x 2 szt
- e) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm
- f) samoprzylepne obłożenie średnica 150 x 150 cm, ▲25 x 22 x 22 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14. pakiet 1, poz.9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do oparacji ginekologicznych składającego się z:

- a) ręcznik 2x szt. o wymiarze 25x19 cm
- b) taśma przylepna 1x szt. o wymiarze 9x50 cm
- c) serweta na stół narzędziowy standard, 190x150 cm, x 1 szt.
- d) obłożenie pola 180x250/200 cm z otworem o średnicy 13x9 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15. Pakiet 1, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopowej operacji brzuszno - kroczonej składającego się z:

- a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
- b) taśma przylepna 9x50 cm x 2 szt.
- c) samoprzylepne obłożenie pola 75x75 cm,
- d) obłożenie do laparoskopii 231 x 240/220 cm
- e) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16. Pakiet 1, poz. 7-11

Czy zamawiający wydzieli poz.7-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 17. Pakiet 1, poz. 16-17

Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę w zakresie filtracji minimum BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 18. Pakiet 1, poz. 16-17

Czy zamawiający dopuści maski dostępne wyłącznie w jednym kolorze, a z uwagi na ograniczoną i utrudnioną dostępność asortymentu, kolorystyka ma drugorzędne znaczenie?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 19. Pakiet 1, poz. 19

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 20 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 20. Pakiet 1, pozycja 14

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 20 sztuk czepków czy 20 opakowań?

Odp. Należy wycenić 20 opakowań po 100 szt.

Pytanie nr 21. Pakiet 1, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści maseczki wykonane z 3 warstw o gramaturze 25g/m² + 25g/m² + 25g/m²?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 22. Pakiet 1, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści maseczki o poziomie filtracji 98,24%?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 23. Pakiet 1, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści maseczki o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm²?

Odp. Tak

Pytanie nr 24. Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści maseczki z gumkami o długości 16,5cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 25. Pakiet 2, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 26. Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający ma na myśli rolę o długości 40m?

Odp. Zamawiający wymaga serwety operacyjnej na rolce w rozmiarze 33x50cm - **50 szt. na rolce**

Pytanie nr 27. Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający ma na myśli rolę o długości 40m?

Odp. Zamawiający wymaga serwety operacyjnej na rolce w rozmiarze 38x50cm - 50 szt. na rolce

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 15 dopuści postępowania opatrunków hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Tak

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 32. Pakiet nr 11 poz. 2

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Tak

Pytanie nr 33. Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34. Pakiet nr 11 poz. 2

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35. Pakiet nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej bez wskaźnika o wymiarach 19mmx50m, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego tj. 156 szt.?
Odp. Tak.

Pytanie nr 36. Pakiet nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający ma na myśli test ampułkowy do ultradźwięków?

Odp. Tak.

Pytanie nr 37 Pakiet nr 12 poz. 11

Proszę o wskazanie jaki czas i temperaturę ma określać test?

Odp. 10 min, 93⁰C

Pytanie nr 38 Pakiet nr 12 poz. 11

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 39 Pakiet nr 12 poz. 11

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odp. Tak

Pytanie nr 40. Pakiet nr 13

Czy w odniesieniu do rękawów papierowo – foliowych Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie poświadczenia o zgodności z normami ISO 11 607 oraz 868 – 5 oraz potwierdzenie gramatury wystawionego przez wytwórcę wyrobu? Opakowania do sterylizacji, jako wyroby medyczne klasy I, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, nie wymagają udziału jednostki notyfikowanej w zakresie ich wytwarzania? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 41. Pakiet nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z zakładką o wymiarach 35x8x100m?

Odp. Tak

Pytanie nr 42.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 8; pozycje: 1, 2, 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający **wymaga** w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających:

- a. **co najmniej jeden ściągacz taliowy** - należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zastosowanie minimum jednego ściągacza, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego,

- a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.
- b. system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający **nie dopuści** w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Należy zauważyć, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności).

Odp. Nie

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 8; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek o obwodach oraz poziomach chłonności:

- a. Pozycja 1 – o obwodzie w pasie na poziomie co najmniej 110 cm, chłonność najmniej 2400g;
- b. Pozycja 2 – o obwodzie w pasie na poziomie co najmniej 140 cm, chłonność najmniej 2600g;
- c. Pozycja 3 – o obwodzie w pasie na poziomie co najmniej 160 cm, chłonność najmniej 2750g?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odp. Dopuszcza.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 49

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający

oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 52

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „*produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych*”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis: „*Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu*”?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 53

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 54

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 55. Pakiet 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści włókninę w kolorze zielonym o gram. 57g/m²?

Odp. zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56. Pakiet 7 poz. 1-2:

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? Jednocześnie zwracamy uwagę, że oświadczenie producenta nie jest równoważnym potwierdzeniem tych wymagań.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 57. Pakiet 7 poz. 1-2:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 58. Pakiet 8 poz. 2-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego u innych producentów zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odp. Wymagamy dwóch różnych produktów odpowiadającym rozmiarom L i XL.

Pytanie nr 59. Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o sugerowanym obwodzie 75-110 cm, posiadających system pozwalający skórze na oddychanie (warstwa paroprzepuszczalna – oddychający laminat w części centralnej, oddychająca włóknina w obszarze bioder), które pozwalają na zachowanie suchości i dokładne dopasowanie się do ciała pacjenta bez ściągaczy taliowych, posiadają przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania, wskaźnik wilgotności i superabsorbent, który zapewnia suchość i neutralizuje nieprzyjemny zapach.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 60. Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o sugerowanym obwodzie 100-150 cm, posiadających system pozwalający skórze na oddychanie (warstwa paroprzepuszczalna – oddychający laminat w części centralnej, oddychająca włóknina w obszarze bioder), które pozwalają na zachowanie suchości i dokładne dopasowanie się do ciała pacjenta bez ściągaczy taliowych, posiadają przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania, wskaźnik wilgotności i superabsorbent, który zapewnia suchość i neutralizuje nieprzyjemny zapach.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 61. Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o sugerowanym obwodzie 130-170 cm, posiadających system pozwalający skórze na oddychanie (warstwa paroprzepuszczalna – oddychający laminat w części centralnej, oddychająca włóknina w obszarze bioder), które pozwalają na zachowanie

suchości i dokładne dopasowanie się do ciała pacjenta bez ściągaczy taliowych, posiadają przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania, wskaźnik wilgotności i superabsorbent, który zapewnia suchość i neutralizuje nieprzyjemny zapach.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 62. Pakiet 12 poz. 1-4:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli naszej firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 63. Pakiet 12 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 6 miesięcy, co potwierdzone jest oświadczeniem producenta?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 64 .Pakiet 12 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści papier krepowany do sterylizacji (biały i zielony) w rozmiarze 120x120 cm w opakowaniach 100 arkuszy, z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań w formularzu cenowym?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 65. Pakiet 13:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowaną w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 66. Pakiet 13:

Czy Zamawiający dopuści, aby piktogramy przedstawiające kierunek otwierania były umieszczone zarówno od strony folii jak i od strony papieru, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pracę z produktem gotowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 67. Pakiet 13:

Czy Zamawiający dopuści rękawy foliowo-papierowe o 7 warstwowej folii?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 68. Pakiet 13:

Czy Zamawiający dopuści rękawy, które posiadają datę przydatności do użycia na opakowaniu?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 69. Pakiet 13 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 20 cm x 200 mb?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 70. Pakiet 13 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 32 cm x 6 cm x 66 mb?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 71

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak.

Pytanie 72. Pakiet nr 4 poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje fartuchów w jednym rozmiarze o długości 130 cm czy fartuchów w trzech rozmiarach L, XL i XXL?

Odp. Oczekujemy fartuchów w trzech rozmiarach L, XL, XXL.

Pytanie 73. Pakiet nr 4 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 74. Pakiet nr 4 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS. Rozmiar fartucha oznaczony literowo L. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 75. Pakiet nr 4 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 76. Pakiet nr 4 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie 77. Pakiet nr 1 poz. 37

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o gramaturze 35 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy.

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji, posiadające wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe posiadające papier o gramaturze 70 g/m², charakteryzujący się wyższą wytrzymałością mechaniczną niż papier o gramaturze 60 g/m²?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 20cmx200m w miejsce rękawa 21cmx200m?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13 Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 30cmx7cmx100m?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13. Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 35cmx8cmx100mb w miejsce rękawa 35cmx6cmx66m, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13

Prosimy o określenie ilości opakowań niepełnych, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąlać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Proszę wycenić zgodnie z zasadami matematyki.

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

Odp. Tak.

Pytanie nr 78. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy, których zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607-1 jest potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną, natomiast gramatura potwierdzona jest przez producenta rękawów?

Odp. Tak.

Pytanie nr 79. Pakiet 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające arkusz testowy o wymiarach 11,5 x 11,5 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

*/Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Iwona Wiśniewska/*