



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 30.09.2020

Znak sprawy: SPZOZ.DŚM-ZP.240.15.2020

.....
.....
.....

Dotyczy postępowania pn: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Działając na podstawie art.38 ust. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) informację o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową dzieloną z odizolowanym pierścieniem ekwipotencjalnym, o wymiarach(87+21)cm², przeznaczoną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2kg, bez kabla opak. 50 szt. ?

Odp.: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji 1-11 i stworzy nich oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej ofert?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 1-6 dopuści: kaniule dożylną poliuretanową z portem bocznym umiejscowionym bezpośrednio nad skrzydełkami, z 3 paskami kontrastującymi w RTG, koreczek z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi, kolorystyczne oznakowanie rozmiarów wg przyjętych norm, dł. kaniuli krótkiej oznakowane na opakowaniu jednostkowym, dostępne rozmiary: 20G x 32mm; 18G x 32mm; 18G x 45mm; 22G x 25mm; 24G x 19mm?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. 7-11 dopuści bezpieczną kaniule dożylną poliuretanową z portem bocznym umiejscowionym bezpośrednio nad skrzydełkami, z 3 paskami kontrastującymi w RTG, koreczek z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi, kolorystyczne oznakowanie rozmiarów wg przyjętych norm, dł. kaniuli krótkiej oznakowane na opakowaniu jednostkowym, dostępne rozmiary: 20G x 32mm; 18G x 32mm; 18G x 45mm; 22G x 25mm; 24G x 19mm?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych dla pakietu nr 20

Odp. Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający wyraża dla Pakietu 20 na dostawę do 14 dni roboczych

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wkłucia centralnego posiadającego w swoim składzie igłotrzymacz o długości 14 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu 11 poz. 15 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji nr 15 (kanka POOL z drenem) w jedno osobne zadanie tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów.

Odp. Zamawiający skreśla pozycję 15 w pakiecie nr 11- Formularz cenowy po modyfikacji załączony do niniejszego pisma

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu 11 poz. 17 Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odp. Tak,

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów SIWZ Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp. Tak, potwierdzamy

Pytanie nr 10

Pakiet 1, pozycja 1-2.. Czy zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 11

Pakiet 1, pozycja 1. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCVo długości 6cm, 5,5cmw części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów, igła boczna ścięta dwupłaszczyznowo z niewzmocnionego włókna ABS?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 poz. 2. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kropłową wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 1, pozycja 2.Czy zamawiający podstąpi od wymogu, aby na zaciskaczu znajdowała się nazwa producenta?

Odp. Tak, odstępuje od wymogu

Pytanie nr 14

Pakiet 1, pozycja 6. Czy zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzona skalą do 2,5ml?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 15

Pakiet 1, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzoną skalą do 5,5ml?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 16

Pakiet 1, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzoną skalą do 11ml?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 17

Pakiet 1, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2ml z rozszerzoną skalą do 22ml?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 18

Pakiet 1, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, z odpowiednim przeliczeniem

Pytanie nr 19

Pakiet 1, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z pojedyncza skalą?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 20

Pakiet 1, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Pakiet 1, pozycja 17-19 Czy Zamawiający dopuści strzykawki o opakowaniu folia papier?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 22

Pakiet 1, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne nieprzezroczyste, mleczne w kolorze niebieskim lub różowym?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 23

Pakiet 7, pozycja 1-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę maski sterylnej. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 24

Pakiet 7, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę maski w rozmiarze 1-6?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 25

Pakiet 7 pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści wycenę obwodu oddechowego z workiem o objętości 3l?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 7, pozycja 10-11. Czy Zamawiający dopuści wycenę cewnika sterylnego? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 27

Pakiet 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 28

Pakiet 8, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z PE?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 29

Pakiet nr 8, pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonki do USG dopochwowego, pojedynczo pakowana w standardowym opakowaniu handlowym a'144 z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 30

Pakiet 8, pozycja 22. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki pakowane a'12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 31

Pakiet 10, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zestaw do dożylnego wkłucia centralnego o składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm;

4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki;

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm (zamiast 12,5 cm)

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 50 x 75 cm (zamiast 45 cm x 75 cm)

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny;

1 x strzykawka Luer lock 10 ml, (bez opakowania jednostkowego);

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (bez opakowania jednostkowego)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (bez opakowania jednostkowego)

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane);

1 x igłotrzymacz typu Derf 15 cm (zamiast 13 cm);

1 x opatrunek foliowy z ramką 10 cm x 15 cm, (zapakowany).

W zestawie dodatkowo nerka plastikowa

Opakowanie: opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym 120 ml

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 32

Pakiet 10, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów. Skład zestawu:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampon z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr3);

1 x igłotrzymacz 15 cm (zamiast 12 cm);

1 x moźdzyczki metalowe ostre/ostre 11,5 cm (zamiast 11 cm);

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (bez opakowania jednostkowego)

1 x igła 1,2mmx40mm, 18G x 1 1/2, różowa (bez opakowania jednostkowego)

1 x igła 0,8mmx40mm, 21 G x 1 1/2, zielona (bez opakowania jednostkowego)
1 x serweta włókniniowa 45 x 45 z przylepnym otworem o śr. 6 cm (zamiast 50cmx50 z przylepnym otworem 5cmx10cm);
1 x serweta włókninowa 50 x 60 cm z przylepcem (zamiast nieprzylepna 60cmx60cm);
Opakowanie- typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 120 ml w ramach pojemnik na odpadki

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 33

Pakiet 10, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów. Skład zestawu;
3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki;
1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm,
1 x pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm (zamiast 12,5 cm),
1 x ostrze- skalpel 11 cm (zamiast 6,5)(zapakowane).
Opakowanie : opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem plastikowym nerkowatym

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 34

Pakiet nr 21 poz. 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy 2,6 mm.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 35

Pakiet nr 21, poz. 1 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 15 mm, cewnik bez osłony zewnętrznej i teflonu.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 36

Pakiet nr 21. Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 37

Pakiet nr 21. Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 5 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 38

Pakiet nr 21. Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 5 dopuści zaoferowanie pętli z uchwytem skalowanym co 10 mm.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 39

Pakiet nr 21. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli owalnej, o średnicy 20 mm.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 40

Pakiet nr 21. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 41

Pakiet nr 21 poz. 6. Czy Zamawiający w pozycji 6 oczekuje zaoferowania zestawów do opaskowania żyłaków przełyku 6-gumkowych zamiast igieł. Pakowanych pojedynczo.

Odp. Tak, nastąpiła pomyłka w opisie. Pakiet 21 po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma

Pytanie nr 42

Pakiet nr 21 poz. 10 .Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek o długości cewnika 230 cm, 3 główki czyszczące na cewniku, każdy koniec zakończony oliwką.

Odp. Tak, dopuszcza w pozycji 11 powyższe zapisy.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie wielorazowych chwytaków 4-ramiennych, ramiona zakończone haczykami, z cewnikiem średnicy 2,3mm, dł. 2300mm.

Odp. Nieprecyzyjne pytanie

Pytanie nr 44

Pakiet nr 21 Czy Zamawiający wydzielili do odrębnego pakietu pozycje 13, 14, 17 dotyczące wielorazowych zaworów do aparatu Pentax. Umieszczenie ich w jednym pakiecie z pozostałymi produktami endoskopowymi znacznie ogranicza ilość potencjalnych ofert.

Odp. Zamawiający skreśla w pakiecie nr 21 pozycje 13, 14 i 17.

Pytanie nr 45

Pakiet 1, poz. 1-2,5 Czy zamawiający wydzielili poz.1-2,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 46

Pakiet 1, poz. 1, 5. Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój-płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Pakiet 1, poz. 1-2, 5. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 48

Pakiet 1, poz. 1, 5, Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 49

Pakiet 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 50

Pakiet 1, poz. 1-2,5. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz pogładowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 51

Pakiet 1, poz. 10,12-13,16, 29-30, Czy zamawiający wydzieli poz. 10,12-13,16,29-30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 52

Pakiet 1, poz. 10. Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 53

Pakiet 1, poz. 29 Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 54

Pakiet 1, poz. 30. Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm, rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 55

Pakiet 1, poz. 29-30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 56

Pakiet 5, poz. 21-26. Czy zamawiający wydzieli poz. 21-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 57

Pakiet 5, poz. 26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 58

Pakiet 7, poz. 1-6,10-11. Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?

Odp. Tak

Pytanie nr 59

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 60

Pakiet 12, poz. 16. Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 61

Pakiet 12, poz. 16, Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 62

Pakiet nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści Elektrode bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa o powierzchni ogólnej 168 cm², o powierzchni czynnej 103 cm², z warstwą przewodzącego żeluz w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego zawierające informacje: numer referencyjny, seria i data ważności; kompatybilna z diatermią Force EZ marki Valleylab oraz oryginalnym oprzyrządowaniem ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 63

Pakiet nr 19. Czy Zamawiający dopuści Elektrode czynna - końcówka z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wielokrotnego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, z przewodem silikonowym o dł.5m, żywotność: 100 cykli wyjaławiania (wyjaławianie parą lub tlenkiem etylenu), złącze trójbolcowe (generatory Valleylab), dostarczana z jałowym, samoprzylepnym, radiocieniodajnym, czyścikiem do elektrod LectroBrasive ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 64

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu Nr 5 pod nazwą *Sprzęt jednorazowy ogólnego stosowania II*, pozycji Nr 8 zawierającej testy ureazowe do diagnostyki *in vitro* do osobnego pakietu?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 6 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 66

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 67

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 11:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) 0,5% ceny brutto każdej partii sprzętu, które nie zostały dostarczone w terminie określonym w §4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie materiałów,**
 - 3) za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na inny pozbawiony wad, o czym mowa jest w §8 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5% ceny brutto każdej partii sprzętu, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostarczonych niezgodnie z zamówieniem materiałów.**

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Pytanie nr 69

Pakiet 6. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych, jednorazowych, dwudzielnych z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 118cm² (202 x 101mm), hydrożel 1,5 mm, podłączenie dwubiegunowe. 25 sztuk w opakowaniu, każda elektroda zapakowana oddzielnie. Kompatybilne z Valleylab.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 70

Pakiet nr 6. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod biernych z pierścieniami ekwipotencjalnym o powierzchni 164 x 117mm, hydrożel 1,5 mm. 25 sztuk w opakowaniu, każda elektroda pakowana oddzielnie. Kompatybilne z Valleylab.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 71

Pakiet nr 6. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pierścieni ekwipotencjalnym o powierzchni 170 mm X 128,5 mm. Kompatybilne z Valleylab.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 72

Pakiet nr 19. Czy Zamawiający dopuści poniższą elektrodę czynną z mechanizmem kołyskowym ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 73

Pakiet nr 21, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści klipsownica o średnicy osłonki 2.6 mm i rozwarciu 11 oraz 16 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki z trzema główkami ustawione odpowiednio: pierwsza na początku, druga w połowie, trzecia na końcu drutu prowadzącego o długości 230 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 75

Pakiet nr 21, poz. 13, 14 i 17. Czy Zamawiający dopuści zawory jednorazowe do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Penatax z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamiana na zawory jednorazowe nie jest w żaden sposób kosztowniejsza dla szpitala aniżeli używanie zaworów wielorazowych, co mogą bezspornie wykazać inni Wykonawcy którzy będą mieli możliwość złożenia ofert.

Ponadto sprzęt jednorazowych stanowi bezpieczniejszą alternatywę dla pacjenta niż zawory wielokrotnego użytku, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Umieszczenie w pozycjach 13,14,17 zaworów wielorazowych wskazuje na ograniczenie konkurencji poprzez faworyzację firmy Varimed gdyż jako jedyni na terenie Polski są dystrybutorami wielorazowych zaworów biopsyjnych, ssących oraz woda-powietrze.

Odp. Zamawiający skreśla w pakiecie nr 21 pozycje 13, 14 i 17.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakiet 9 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 13 Fr i długościach: 20 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 77

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 9 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 78

Pak. nr 13. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości wymaganych do zaoferowania w pakiecie nr 13

Odp.

Pozycja 1 – 5 szt.

Pozycja 2 – 6 szt.

Pozycja 3 – 2 szt.

Pozycja 4 – 2 szt.

Pozycja 5 – 6 szt.

Pozycja 6 – 1 szt.

Pozycja 7 – 10 op.

Pozycja 8 – 2 op.

Pozycja 9 – 1 szt.

Pozycja 10 – 1 szt.

Pozycja 11 – 1 szt.

Pozycja 12 – 1 szt.

Pozycja 13 – 1 szt.

Pakiet 13 po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma

Pytanie nr 79

Pakiet nr 24 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, poprawiającej właściwości chwytne rękawicy.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 80

Pakiet nr 25 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic nitrylowych o grubości na palcu – 0,12 mm, na dłoni – 0,08 mm, na mankiecie – 0,06 mm. Pragniemy zaznaczyć, że większa grubość rękawicy minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, jednocześnie zapewniając bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 81

Pakiet nr 26 poz. 2

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normy 374 1 (z wył. pkt 5.3.2.), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1

Odp. Tak, wyrażamy zgodę

Pytanie nr 82

Projekt umowy

Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „*Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Pytanie nr 83

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „*Ceny jednostkowe sprzętu są niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.*”

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„*Ceny jednostkowe sprzętu są niezmiennie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.*”

Pytanie nr 84

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 8 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „*z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych treścią umowy.*”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 85

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 16 projektu umowy poprzez dookreślenie iż przewidziane nim kary umowne naliczane będą momentu realizacji zakupu interwencyjnego przez Zamawiającego tj. otrzymania zamówionego asortymentu.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 86

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 8 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (*S. Buczkowski*, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; *C. Żuławska*, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; *Z. Gawlik*, w: *Kidyba*, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; *Z. Banaszczyk*, w: *Pietrzykowski*, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; *J. Jezioro*, w: *Gniewek, Machnikowski*, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 87

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 2 i 3 projektu umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 88

Wnosimy o modyfikację § 11 ust 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w pkt 1)
- b. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2)
- c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 3)

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 89

Wnosimy o modyfikację § 13 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych treścią umowy.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 90

Wnosimy o modyfikację § 13 ust. 3 lit. a) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „zmiana tak dla swojej ważności nie wymaga formy pisemnego aneksu.”

Wnosimy o wykreślenie § 13 ust. 4 projektu umowy poprzez

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 91

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

rękawice nitrylowe, bez pudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,09-0,10 mm, na dłoni 0,06-0,07 mm, AQL 105. Zgodnie z normami EN ISO 374-1 (z wył. 5.3.2), EN 374-2, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz przebadane na 12 cytostatyków (10 na 5 poziomie odporności wg ASTM D6975 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz deklaracja producenta. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 92

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła wyższa

1. Którakolwiek ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego strony nie mogły przewidzieć in które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 93

Projekt umowy §4 ust. 12-16

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów z treści umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 94

Projekt umowy §4 ust. 13,

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 13 w sposób następujący:

„13. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu wysokość różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę towaru u innego dostawcy, a ceną oferowaną przez Wykonawcę, taki zakup zwany będzie Zakupem Interwencyjnym. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Pytanie nr 95

Projekt umowy §4 ust. 14

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust. 14 w sposób następujący:

14. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty różnicy, o której mowa w ust. 2 niniejszej umowy oraz kosztów transportu, w terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego Zakupu Interwencyjnego.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 96

Projekt umowy §4 ust. 15, 16

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 11 ust.1 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 4 ust. 15 i 16 zapisu dotyczącego zapłaty kary umownej i odszkodowań. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 97

Projekt umowy §8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §8 ust. 4 w sposób następujący:

4.Okres przydatności do stosowania sprzętu nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że charakterystyka dostarczonych wyrobów przewiduje inny okres przydatności do stosowania.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 98

Projekt umowy §8 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §8 ust. 5 w sposób następujący:

5.W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający złoży stosowną pisemną reklamację Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i w ciągu 4 dni roboczych i zobowiązany jest dostarczyć brakującą ilość sprzętu lub wymienić wadliwy wyrób.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 99

Projekt umowy §11 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §11 ust. 1 w sposób następujący:

1. *Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 1) 5% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,*

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 100

pakiet 8, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płwocinę o pojemności 30 ml, reszta wymagań zgoda z SIWZ? Opisany asortyment jest wystarczający do przeprowadzenia poprawnej procedury.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 101

pakiet 8, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płwocinę płaski, a nie stożkowy, reszta wymagań zgoda z SIWZ? Kształt pojemniki jest tylko i wyłącznie kwestią techniczną i nie ma żadnego wpływu na przeprowadzane procedury.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do **żadnej** grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Tak

Pytanie nr 103

Pakiet 24, Poz. 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych pudrowanych, powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19mm, na mankiecie 0, 15mm; AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 60 µg/g rękawicy , mankiet rolowany, długość min. 280 mm i więcej w zależności od rozmiaru, siła zrywania przed starzeniem min. 16 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii

III. Produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm.

Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 104

Pakiet nr 24, Poz.2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, Półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 105

Pakiet nr 24 Poz. 3. Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 106

Pakiet nr 24 Poz.4. Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, wytrzymałość min. 14 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 107

Pakiet nr 24 Poz.5. Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 480 mm, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL maks. 1,5, opakowanie 50 par, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 108

Pakiet 25 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rękawicy diagnostyczno-ochronnej, bezpudrowej, nitylowej. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankiety. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 109

Pakiet 26 Poz.1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rękawicy diagnostyczno-ochronnej, bezpudrowej, nitylowej. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankiety. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 110

Pakiet nr 26, Poz.2. W wyniku zawiromów na rynku medycznym ze względu na covid 19 i braków niektórych rękawic, prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych które są dłuższe od standardowych rękawic niesterylnych, o poniższych parametrach :

Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nityl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiety rolowane z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na

przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr111

Pakiet nr 26 Poz.3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnej, jednorazowej rękawicy diagnostyczno-ochronnej, bezpudrowej, nitylowej. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14000, OHSAS. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 112

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprostowanie dotyczące pakietu nr 21, poz. 6: Czy Zamawiający ma na myśli zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, czy igłę do ostrzykiwania, która znajduje się już w poz. 7 tego pakietu?

Odp. Zamawiający w pozycji 6 wymaga zestawu do opaskowania żyłaków przelyku.

Formularz cenowy z poprawionym opisem stanowi załącznik do niniejszego pisma

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający w pakiecie 21, poz. 7 dopuści igłę o średnicy 0,7 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający w pakiecie 21, poz. 8 i 9 dopuści kleszcze bez markerów na cewniku, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 115

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

„Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez Zamawiającego towarów., o ile zwłoka w płatnościach nie przekroczy 30 dni od terminu wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 116

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu przydatności do 6 miesięcy od daty dostawy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 117

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający złoży stosowną pisemną reklamację Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i w ciągu 2 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną zobowiązany jest dostarczyć brakującą ilość sprzętu lub wymienić wadliwy wyrób.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 118

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy?

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie 119

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odp. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr 120

Pakiet nr 1, poz. 1 Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kropłową o długości 62 mm (część przezroczysta 55mm), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo wykonana z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 121

Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 122

Pakiet nr 1, poz. 2 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kropłową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 123

Pakiet nr 1, poz. 1-5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 124

Pakiet nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 125

Pakiet nr 1, poz. 6-9 Proszę o odstąpienie od kodu kolorów na poj. opakowaniu strzykawki. Nie istnieje bowiem żaden międzynarodowy kod kolorów na strzykawki, jak na przykład w przypadku kolorystycznego oznakowania igieł czy kaniul. Wymóg nie pokrywa się z żadną normą ISO ani ustawą o wyrobach medycznych. Nie ma bowiem problemu z odróżnieniem jednego rozmiaru strzykawki od drugiego, jak może mieć to miejsce w przypadku igieł. Każde opakowanie jednostkowe zawiera BARDZO WYRAŹNY, z łatwością dostrzegalny, nadrukowany rozmiar. Proszę dopuścić strzykawki z kodem kolorów na katonie handlowym, co ułatwia przyjęcie dostaw i faktycznie może mieć praktyczne zastosowanie.

Odp. Podtrzymujemy zapis SIWZ

Pytanie nr 126

Pakiet nr 1, poz. 6-9 Proszę o dopuszczenie znaczenia kolorystycznego na opakowaniu typu karton a 100 szt., a 80 szt.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 127

Pakiet nr 1, poz. 15 Proszę o dopuszczenie strzykawek o pojemności 100 ml.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 128

Pakiet nr 1, poz. 17-19. Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 129

Pakiet nr 1, poz. 29-30. Czy Zamawiający wydzieli pozycje i utworzy pakiet. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 130

Pakiet nr 12, poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
14 G	2,20 x 45
16 G	1,70 x 45
17 G	1,50 x 45
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38
20 G	1,00 x 32
22 G	0,80 x 25
24 G	0,70 x 19

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 131

Pakiet nr 12 poz.1-6 Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytania nr 132

Pakiet nr 7 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe dla dorosłych z drenem o długości 2,1m i niewielką ilością ftalonów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 133

Pakiet nr 7 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe dla dzieci z drenem o długości 2,1m i niewielką ilością ftalonów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 134

Pakiet nr 7 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści maski areolozowe z nebulizatorami dla dorosłych z drenem o długości 210 cm i niewielką ilością ftalonów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 135

Pakiet nr 7 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści maski areolozowe z nebulizatorami dla dzieci z drenem o długości 210 cm i niewielką ilością ftalonów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 136

Pakiet nr 7 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu o długości 2,1 m i niewielką ilością ftalonów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 137

Pakiet nr 7 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści maskę o długości 2,1 m i niewielką ilością ftalonów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 138

Pakiet nr 7 pozycja 8

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie własnej 22g? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 139

Pakiet nr 7 pozycja 9

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową o łukowatym kształcie, wykonane z dwóch osobnych materiałów stale ze sobą połączonych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 140

Pakiet nr 7 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z niewielką ilością ftalonów ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 141

Pakiet nr 7 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z niewielką ilością ftalonów ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 142

Pakiet nr 7 pozycja 12

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVA z dwoma karbowanymi rurami z dodatkową rurą do worka o długości 100 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 143

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 dopuści maski tlenowe dla dorosłych z drenem o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 144

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 dopuści maski tlenowe dla dzieci z drenem o długości 2,1m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 145

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 3 dopuści maski aerozolowe dla dorosłych z nebulizatorem i drenem o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 4 dopuści maski aerozolowe dla dzieci z nebulizatorem i drenem o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 147

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 5 dopuści maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłych i drenem o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 148

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 6 dopuści maski tlenowe z rezerwuarem dla dzieci i drenem o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 149

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 8 dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczny, o masie własnej 19g, przestrzeń martwa 34 ml, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, z portem kapno; skuteczność filtrowania dla wirusów > 99,9% i bakterii > 99,9%, wolny od ftalonów, z podaną

nazwą i objętością na filtrze oraz numerem produktu, serii i datą produkcji oraz ważności na opakowaniu jednostkowym filtra?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 150

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 8 dopuści filtr oddechowy, elektrostatyczny, o masie własnej 23g, przestrzeń martwa 42 ml, sterylny, pakowany pojedynczo, z portem kapno; skuteczność filtrowania dla wirusów > 99,998% i bakterii > 99,998%, wolny od ftalanów; z podaną nazwą i objętością na filtrze oraz numerem produktu, serii i datą produkcji oraz ważności na opakowaniu jednostkowym filtra?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 151

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 9 dopuści maski krtaniowe, których budowa jest zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie maski około 70 stopni pozwalające na łatwe zakładanie, koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przetyku; rurka i mankiety uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa; balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu; znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję; bezpieczny w środowisku MRI, nie zawierający szkodliwych ftalanów, w rozmiarach 1-5?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 152

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 10 dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 153

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 11 dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci o długości 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 154

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 12 dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii o dł. 180 cm, dodatkowa rura do worka o długości 80-100 cm, trójnik Y bez portów, kolanko z portem luer z zatyczką, z kapturkiem zabezpieczającym układ, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mm typu Flex, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry (informacja o braku lateksu na worku), wolne od ftalanów, sterylny, z nazwą producenta, numerem produktu, serii, datą produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kole
Iwona Wiśniewska /