



Koło, dn. 21.10.2020

SPZOZ.DŚM-ZP.240.16.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy : postępowania na Zakup automatycznych myjek do naczyń sanitarnych.

Działając na podstawie art.38 ust. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) informację o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1.Ad. tabela lp. 1

Zamawiający wymaga urządzenia wykonanego w 2019 roku . Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska ?

Odp. Nastąpiła pomyłka pisarska Zamawiający wymaga urządzenia wykonanego w roku 2020 r.

Pytanie nr 2. Ad.tabela lp. 7

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej o szerokości 500 mm głębokości 450 mm i wysokości 1730 mm.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 3. Ad .tabela lp. 10

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni z systemem 13 dysz strumieniowych i obrotowych w tym główna dysza rotacyjna.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 4. Ad. tabela lp. 11

Prosimy o wyrażenie zgody na system mikrokomputerowego sterowania pracą dysz zapewniający dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 5. Ad. tabela lp. 12

Prosimy o dopuszczenie nowoczesnej energooszczędnej pompy wodnej o mocy 550 W i wydajności 90l/min.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 6. Ad. tabela lp. 16 I 17

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z zamontowaną jedną pompą dozującą wyłącznie środek chemiczny odkamieniający do systemu obiegu wody w urządzeniu.

Z gwarancji producenta oraz doświadczeń serwisowych świadczonych dla eksploatowanych od ponad dwudziestu lat a dostarczanych przez myjni-dezynfektorów Meiko wynika, iż spełniają one oczekiwaną jakość mycia przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka chemicznego – odkamieniającego .

Brak konieczności zamontowania i użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od rodzaju i

wymagań serwisowych producenta myjni to nawet kilka set złotych za 5 litrowy pojemnik). Zaznaczyć należy iż stosowanie detergentu nie ma wpływu na stopień dezynfekcji, gdyż w myjniach do basenów i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik Ao która zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 może być zaprogramowana od Ao60 aż do Ao 6000.
Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 7. Ad. tabela lp. 22

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania urządzenia z przyciskami membranowymi stosowanymi przez większość producentów myjni dezynfektorów.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 8. Ad. tabela lp. 23

Prosimy o możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora z ekranem ciekłokrystalicznym wyświetlający w 4 liniach po 20 znaków informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim oraz wartość A₀ podczas procesu dezynfekcji.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 9. Ad. tabela lp. 27

Prosimy o wyrażenie zgody na myjnię dezynfektor z trzema programami wybieranymi bezpośrednio z pulpitu dobieranymi stosownie do potrzeb użytkownika z ponad pięćdziesięciu programów fabrycznych.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 10. Ad. tabela lp. 28 i 29

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania urządzenia wyposażonego w automatyczne schładzanie i suszenie naczyń, z systemem odprowadzającym pozostałości pary do kanalizacji wymuszonym strumieniem powietrza z filtrem HEPA, tak aby po zakończeniu cyklu pracy naczynia były schłodzone, gotowe do ponownego użytku: suche na zewnątrz i wewnątrz, a para nie była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej myjni-dezynfektora.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 11. Ad. tabela lp. 34, 35 i 36

Prosimy o wyrażenie zgody na myjnię dezynfektor sterowaną mikrokomputerowo pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC przez złącze RJ 11 lub systemem IR.

Odp. Nie wyrażamy zgody z możliwością rejestracji wyników poprzez złącze RJ11 lub IR

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2020?

Odp. Tak, dopuszcza

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOLE
Iwona Wisniewska