



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25**



Koło, dn. 23.02.2021 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.05.2021

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym  
pn. „, Doposażenie oddziału chirurgicznego w SPZOZ w Kole”

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.)  
informację o pytaniach i odpowiedziach.

**Pytanie nr 1 - Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa – mobilna**

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (diody białe)?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa – mobilna**

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED -9 (diody białe)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 3 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa – mobilna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 4 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa – mobilna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na R9 – 95?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 5 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa - mobilna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750K?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa - mobilna**

Czy Zamawiający dopuści zużycia jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod  
lampy na poziomie max 20W?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 7 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa - mobilna**

Czy Zamawiający dopuści natężenie światła lampy w odległości 1 m od czoła lampy 50 000 lux?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 2 – Lampa zabiegowa - mobilna**

Czy Zamawiający dopuści średnicę plamy świetlnej pola w odległości 1 m od czoła lampy: 150mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 7 – Pakiet nr 5 – stoły zabiegowe**

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 1950 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 8 – Pakiet nr 5 – stoły zabiegowe**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie regulacji segmentu głowy za pomocą metalowej dźwigni?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 8 – Pakiet nr 5 – stoły zabiegowe**

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z zakresem regulacji wysokości od 53 do 95 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 9 – Pakiet nr 5 – stoły zabiegowe**

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 50mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 10 – Pakiet nr 5 – stoły zabiegowe**

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 100 mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 11 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany program do mycia i dezynfekcji pozwalający na skuteczną eliminację sporów Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję posiadającą akredytację?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 12 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie i dezynfekcję 1 kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 3 kaczek? Taka pojemność pozwala na znacznie większą elastyczność.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 13 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w komorę mycia wykonaną ze stali kwasoodpornej AISI 304? Jest to stal powszechnie stosowana do wytwarzania komór w myjniach-dezynfektorach, która dzięki bardzo dobrym właściwościom plastycznym pozwala na doskonałe kształtowanie komory. Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością na działanie temperatury oraz środków chemicznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 14 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego? Rozwiązanie takie bardzo podnosi ergonomię obsługi urządzenia, minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości w trakcie załadunku, przez co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego w jednostce Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 15 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o głębokości 475 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 16 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w komorę o wymiarach pozwalającą na swobodne mycie wymaganych przedmiotów? Podawanie konkretnych wymiarów jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 17 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system myjący składający się z 4 dysz stałych, 2 obrotowych centralnych głowic myjących oraz 7 dysz rotacyjnych i dodatkowo z ramienia natryskowego umieszczonego na suficie komory, służącego do mycia i płukania powierzchni zewnętrznych. Obrotowe ramiona natryskowe zapewniają najlepsze rezultaty mycia powierzchni zewnętrznych, czego dowodem jest ich powszechne stosowanie w myjniach do narzędzi chirurgicznych używanych w działach Centralnych Sterylizacji w szpitalach.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 18 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system sekwencyjnego sterowania pracą dysz. Nie ma żadnych dowodów, że tego typu system poprawi jakość mycia i dezynfekcji. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla produktów firmy AT- OS, zaś wiodący producenci myjni nie stosują tego typu rozwiązań i osiągają doskonałe rezultaty mycia i dezynfekcji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 19 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o mocy 730W i wydajności 250l/min? Producenci tak dobierają parametry podzespołów (jak np. pomp) by osiągać jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji. Wydajność i moc pompy dostosowana musi być do konstrukcji całego urządzenia.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 20 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w wytwornicę pary o mocy 4,5kW, przy zasilaniu 3-fazowym (400V, 50Hz)? Wyższa moc pozwala na skrócenie czasu trwania cyklu mycia i dezynfekcji, nie wpływa natomiast na zwiększenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 21 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pary o mocy 5,4kW, przy zasilaniu 3-fazowym (400V, 50Hz)? Wyższa moc pozwala na skrócenie czasu trwania cyklu mycia i dezynfekcji, nie wpływa natomiast na zwiększenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 22 – Pakiet nr 3**

Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 23 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której kontrola ilości dozowanego środka chemicznego odbywa się w sposób wolumetryczny? Jest to rozwiązanie równoważne pod względem użytkowym, pozwalające na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnych podzespołów jakimi są przepływomierze.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 24 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w automatyczne uruchamianie programu dezynfekcji przy postoju powyżej 24h? Oferowane przez nas myjnie dokonują pełnej samodezynfekcji w czasie każdego cyklu mycia i dezynfekcji naczyń, nie ma więc potrzeby programowania dodatkowych procesów samodezynfekcji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 25 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w izolację termiczną komory oraz drzwi o grubości 1 cm? Oferowane przez nas myjnie posiadają drzwi o podwójnych ściankach, dzięki temu nie wymagają stosowania osobnej izolacji.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 26 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w przyciski membranowe? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez wiodących producentów myjnicezdezyntektorów, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 27 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w monochromatyczny wyświetlacz LCD prezentujący informacje o wybranym programie, aktualnej fazie programu, temperaturze w komorze oraz współczynnika A0 w czasie fazy dezynfekcji termicznej? Jest to rozwiązanie pod względem funkcjonalnym identyczne z opisany w SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 28 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w min. 2 czujniki temperatury umieszczone, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, w miejscach charakteryzujących się najniższym rozkładem temperatury?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 29 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której schładzanie naczyń odbywa się poprzez natrysk zimnej wody na powierzchnie mytych naczyń? Jest to rozwiązanie tożsamy z opisany w SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 30 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w port RS 232? Jest to rozwiązanie tożsamy pod względem funkcjonalnym z opisany w SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 31 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której nie ma możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą Bluetooth? Wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 32 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia emitowała hałas na poziomie nie przekraczającym 51dB? Poziom hałasu na poziomie opisanych 54dB oznacza, dwukrotnie wyższą głośność niż przy emisji na poziomie 51dB, co może mieć znaczny wpływ na komfort pracy personelu oraz pacjentów. Wiodący producenci oferują myjnie, w których poziom hałasu nie przekracza 48-51 dB.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**Pytanie nr 33 – Pakiet nr 3**

Prosimy o doprecyzowanie czy podane w p. 13-14 SIWZ wartości mocy dotyczą zasilania 1 czy 3-fazowego?

Odp. Podane wartości dotyczą zasilania 3-fazowego.

**Pytanie nr 34 – Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na zapamiętanie historii ostatnich 4.000 zdarzeń? Opisane w SIWZ 10.000 cykli nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego w sytuacji gdy nie ma możliwości powiązania cyklu z pacjentem bądź mytymi naczyniami.

Odp. Tak, dopuszczamy

**Pytanie nr 35 – Pakiet nr 4**

Zamawiający w załączniku nr 2.4 do powyższego postępowania pisze o 2 szt. ssaków, natomiast w załączniku nr 2.4.1 pisze tylko o 1 szt.

Proszę wobec wątpliwości potwierdzić, czy Zamawiający wymaga 2 szt. ssaków czy 1 szt.

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2.4.1

**Pytanie nr 36 – Pakiet nr 4 pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnej wydajności 30 l/min?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 37 – Pakiet nr 4 pkt 9**

Czy Zamawiający dopuści ssak z zakresem regulacji do 650 mmHg +/-5% co daje w przeliczeniu 86,65 kPa +/-5%?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 38 – Pakiet nr 4 pkt 17**

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 375 x 140 x 290 mm?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

**Pytanie nr 39 – Pakiet nr 4 pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu w formie online?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

**Pytanie nr 40 – Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną wyposażoną w 18 diod LED?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 41 - Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną z temperaturą barwową 4400 K?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 42 – Pakiet nr 5 - Stół zabiegowy**

Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z segmentem głowy regulowanym za pomocą sprężyny gazowej dźwignią zwalniającą blokadę sprężyny wykonaną jako cała konstrukcja stołu ze stali malowanej proszkowo?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 43 – Pakiet nr 5- stół zabiegowy**

Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 500-900mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 44 – Pakiet nr 5 – stół zabiegowy**

Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości realizowaną z pilota przewodowego oraz przewodowego sterownika nożnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 45 – Pakiet nr 5 – stół zabiegowy**

Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego podstawa na całej długości i szerokości jest zabezpieczona osłoną wykonaną jako cała konstrukcja stołu ze stali malowanej proszkowo?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pakiet nr 46 – Pakiet nr 5 – stół zabiegowy**

Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z bezpiecznym obciążeniem roboczym stołu 220kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 47 – Pakiet nr 5 - Stół zabiegowy 2-segmentowy – 1 szt.**

Czy Zamawiając dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją kąta nachylenia zagłówka w zakresie -30° do +45%?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 48 pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uszczelkę drzwicową z tworzywa sztucznego umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Odp. Zamawiający nie określa miejsca umieszczenia uszczelki

**Pytanie nr 49 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 7**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 545mm szer. x 475mm gł. x 1630mm wys. nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające komorę o wymiarach: wys. 580mm x szer. 450mm x gł. 330mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 50 –pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system 13 dysz myjących z tworzywa sztucznego (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 51 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pompę o wydajności 250l/min oraz mocy 730W?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 52- pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych pkt. 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, mocy 5,05kW, posiadające wytwornicę pary o mocy 4,3kW?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 53 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 17**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jedną wbudowaną pompę dozowana środka zmiękczającego/detergentu?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 54 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 20**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 20 wymaganych parametrów?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

**Pytanie nr 55 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 22, 23**

Czy Zamawiający dopuści panel sterujący z dotykowymi przyciskami membranowymi, wyświetlaczem LCD monochromatycznym tekstowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 56 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 26**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość ustawiania wartości parametru A0 w zakresie do 3000?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 57 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 27**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) wybierane z bezpośrednio dedykowanymi przyciskami (z możliwością modyfikacji przez użytkownika) oraz możliwość zaprogramowania przez użytkownika 3 programów indywidualnych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 58 –pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 29**

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 59 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 30**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu < 70dB?

Odp. Tak dopuszcza

**Pytanie nr 60 - pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 34, 35, 36**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 34, 35, 36 wymaganych parametrów dopuszczając urządzenie z możliwością zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia, wyposażone z złącze RS232 umożliwiające czytanie zarchiwizowane dane?

Odp. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 61 – pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych, pkt. 11, 28**

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 11, 28 wymaganych parametrów?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

**Pytanie nr 62 – pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Odp. Zamawiający nie określa miejsca umieszczenia uszczelki

**Pytanie nr 63 – pakiet nr 3 – Myjnia dezynfektor do naczyń sanitarnych**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby dysze obrotowe wykonane były z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na działanie środków chemicznych i temperatury?

Odp. Dopuszcza dysze obrotowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na działanie środków chemicznych i temperatury.

**Pytanie nr 64 – projekt umowy dot. §6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę brzmienia punktu 1 tj. „Wykonawca udziela 24 gwarancji (..)” na zapis o brzmieniu „Wykonawca udziela 24 **miesiące** gwarancji (...)”.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy w §6 ust.1

„Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji dla mebli i urządzeń będących przedmiotem umowy, licząc od daty oddania do eksploatacji przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji”

**Pytanie nr 65 – pakiet nr 4 – ssak elektryczny**

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny opisany poniżej?

*Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci.*

*Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego oraz opieki*

*domowej. Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwe w*

*przenoszeniu i proste w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na*

*wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.*

*Dane techniczne:*

- *podciśnienie: -80 kPa,*
- *przepływ: 40 l/min,*
- *waga: 3,60 kg,*
- *wymiary: 35xh21x18cm,*
- *cykl pracy: praca ciągła,*
- *poziom hałasu: 60,5 dBA,*
- *możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC,*
- *możliwość zastosowania wózka z kółkami,*
- *opcjonalnie torba do przenoszenia.*

Odp. Tak, dopuszcza



**Pytanie nr 66 – Pakiet nr 5 – tabela nr 2 – sejf**

Czy Zamawiający dopuści wysokość regulowaną w zakresie 640-870 mm?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 67 – Pakiet nr 6 – tabela 3 – szafki na leki**

Czy Zamawiający wymaga, aby fronty drzwi były przeszklone w związku z wymogiem przeszklonych półek wewnątrz szafy?

Odp. Tak, dopuszcza

lp. 7 Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach (wysokośćxszerokośćxgłębokość): 1800 mm x 900mmx420mm?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 68 - Pakiet nr 6 –tabela nr 5 – wózek do pościeli**

Czy Zamawiający dopuści blat o wymiarach 500x520 mm?

Odp. Tak, dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma obręczami na worek?

Odp. Tak, dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1050x580x1080 mm (sz.x gł.x wys.)?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 69 - Pakiet nr 6 –tabela nr 6 - wózek opatrunkowy**

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy opisany poniżej?

*Wózek wyposażony w 2 szuflady oraz półkę/tacę w dolnej części.*

*Tace wózka wykonane są ze stali pokrytej farbą proszkową odporną na zarysowania. Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej, fronty z płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną PCV. Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. Szuflady wózka wyłożone matą antypoślizgową. Górna szuflada wyposażona w zamek. System szynowy znajdujący się po obu stronach wózka umożliwia zamontowanie dodatkowego wyposażenia na jednej z czterech szyn.*

*Wózek wyposażony w kosz na odpady oraz miskę zabiegową.*

*Waga: 67 kg*

*Szerokość całkowita: 97 cm*

*Średnica kół: 10 cm*

*Wysokość całkowita: 101 cm*

*Głębokość całkowita: 54 cm*

*Wymiary tacy górnej (Szer. x Gł.): 89,7 x 52,6 cm*

*Wymiary tacy dolnej (Szer. x Gł.): 89,3 x 52 cm*

*Ilość szuflad: 2*

*Wymiary szuflad (Szer. x Gł. x Wys.): 1 -83 x 50 x 6,5 cm / 1 -83 x 50 x 12,5 cm*

*Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg*

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 70 - Pakiet nr 6 –tabela nr 9 – taboret zmywalny**

Czy Zamawiający dopuści taboret opisany poniżej?

*-siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję*

*-podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, z podporą pod nogi*

*-regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną*

*Wymiary: średnica podstawy: 600 mm*

*średnica siedziska: 350 mm*

*wysokość siedziska: 480-600 mm*

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 71 -Pakiet nr 6 –tabela nr 10 – wózek inwalidzki siedzący**

1, lp. 15 Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 18kg?

Odp. Tak, dopuszcza

2, lp. 18 Czy Zamawiający dopuści głębokość siedziska 410?

Odp. Tak, dopuszcza

3, lp. 19 Czy Zamawiający dopuści wysokość oparcia 410 mm?

Odp. Tak, dopuszcza

**Pytanie nr 72 - Pakiet 6, Tabela 11 – wózek zabiegowy**

1. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający łącznie 5 szuflad (3szt o wysokości 100mm, 2szt o wysokości 150mm)?

Odp. Tak, dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający górną półkę z podniesionymi brzegami z 4 stron, zabezpieczającymi przedmioty przed zsunięciem?

Odp. Tak, dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z jednym dużym pojemnikiem na odpady (kosz) oraz drugim mniejszym pojemnikiem na odpady medyczne/niebezpieczne?

Odp. Tak, dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: 830mm x 715mm x 910mm (długość x szerokość x wysokość)?

Odp. Tak, dopuszcza

5. Czy wózek ma posiadać listwę odbojową zabezpieczającą wózek oraz wyposażenie z każdej strony przed obiciem, uszkodzeniem w wyniku uderzenia o ścianę/futrynę ?

Odp. Tak dopuszcza

6. Czy wózek ma posiadać budowę, dzięki której żaden element wyposażenia nie wykracza poza obrys korpusu, dzięki czemu elementy wyposażenia nie ulegną uszkodzeniu?

Odp. Tak dopuszcza

**Modyfikacja**

Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 8 – wózki do przewożenia chorych nastąpiła pomyłka w określeniu ilości dostarczonych wózków .

Zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga dostarczenia 2 wózków do przewożenia złwok

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2.8.1

*/Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kole  
Iwona Wiśniewska/*