



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, 09.08.2021 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.13.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania pn. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) informuję o pytaniach i odpowiedziach.

Pytanie nr 1 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z maksymalnym natężeniem światła E_c czaszy pomocniczej: 160 000 lux, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z 56 diodami w czaszy pomocniczej, dzięki czemu lampa osiąga lepsze parametry świetlne od oczekiwanych?

Odp. Tak dopuszcza ?????

Pytanie nr 3 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z diodami umieszczonymi równomiernie na całej dolnej powierzchni czaszy?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z wagą kopuły (wraz z podwójnym przegubem) wynoszą 14 kg, co jest różnicą minimalną i nie mającą żadnego znaczenia użytkowego dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 5 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę, w której obie czasze wyposażone są w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. Tryb „endo”) o regulowanym natężeniu światła w zakresie 5-10% całkowitego natężenia, co jest parametrem optymalnym dla zabiegów małoinwazyjnych.

Odp. Tak dopuszcza zaferowanie lampy o regulowanym natężeniu pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 6 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający będzie wymagał dwufunkcyjnego uchwytu sterylnego umożliwiającego regulację natężenia światła i wielkość plamy świetlnej ze strefy sterylnej?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o natężeniu lampy pomocniczej 130 000lux? Dotyczy l.p - 6

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie nr 8- pakiet nr 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę bna zaoferowanie lampy – czasie wykonane z odlewu aluminiowego, wyposażone w 2 uchwyty brudne ułatwiające pozycjonowanie lampy. Liczba diod w czaszy głównej i pomocniczej 88. Czasze o średnicy 600mm/ Diody rozmieszczone równomiernie po 24 sztuki w każdym z czterech modułów - dotyczy l.p. 7,8,9,15

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o temperaturze barwowej stałej 4800K lub regulowanej w zakresie 3700-5000K? – dotyczy l.p.15

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 – pakiet nr 9

C\y Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z panelem sterowania w formie wyświetlacza z regulacją natężenia „suwakiem +/- 5-100%w w krokach – lp. 11, 26

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 11 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy bez możliwości osiągnięcia konkretnej wartości 40 000 lux?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 – pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy (czasza główna i satelitarna) wyposażona w 4 diody oświetlenia ENDO z zakresem regulacji natężenia: 10 000 – 30 000lux? – dotyczy l.p.28

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 – projekt umowy §5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 14 – pakiet nr 8

Czy zamawiający w pkt 4 dopuści długość 2200 mm przy zachowaniu długości leża 2000 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 15 – pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pkt 8 dopuści, zrezygnuje z pilota ręcznego?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pkt 10 konstrukcję ramion wznoszonych co jest równoważne do pantografowej?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 17 – pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pkt 14 dopuści regulację wysokości do 850 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 – pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pkt 38 dopuści wypełnione odejmowanymi lamelami tworzywowymi bez użycia narzędzi?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 – pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pkt 48 dopuści wymiary szafki 560 x 445 x 860 mm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20- pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści regulację blatu bocznego 780 – 1180 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 21 – pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2020?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 – pakiet nr 6(ad4)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,1 kg?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 23 - pakiet nr 6 (ad 5)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą wysokiej klasy pojemnościowego ekranu dotykowego z menu w języku polskim, bez obsługi za pomocą pokrętła?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 24 – pakiet nr 6 (ad 22)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawienia czasu opóźnienia sygnalizacji alarmowej w zakresie 1 – 8 sekund ?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 6 (II.NIBP, ad 7)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią ostatnich 1000 pomiarów NIBP?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 26 – pakiet nr 6 (III.SpO2, ad 2)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dokładnością pomiaru ± 3 bpm?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 27 – pakiet nr 6 (IV.REJESTRACJA, Ad7)

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w granicy 10 – 40 sekund?

Odp. Tak, dopuszczamy

Z up. DYREKTORA

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Kozmierzak