




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 17.08.2021 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.13.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania pn. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 16.08.2021 r.

W dniu 16.08.2021 r. Zamawiający udzielił błędnie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 37 pakiet nr 5 poz. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na aparat o ciśnieniu roboczym w zakresie 3,5-5 MPa ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Właściwa odpowiedź brzmi:

Zamawiający wyraża zgodę na aparat o ciśnieniu roboczym w zakresie 3,5 – 5 MPa

Pytanie 38 pakiet nr 5 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na aparat o maksymalnym ciśnieniu 5,5 MPa ?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Właściwa odpowiedź brzmi:

Zamawiający wyraża zgodę na aparat o maksymalnym ciśnieniu 5,5MPa.

Z poważaniem
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska