



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 28.10.2021

SPZOZ.DŚM-ZP.240.21.2021

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „Zakup wózków transportowych do przewozu pacjentów na oddziałach szpitalnych”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 zm ) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

#### Pytanie nr 1

Czy w rozumieniu pkt 2 Zamawiający dopuści platformy leża podzielone na 4 segmenty przy spełnieniu pozostałych wymagań w pkt 2 ?

Odp. NIE,

#### Pytanie nr 2

Czy w rozumieniu pkt 3 Zamawiający dopuści platformy leża podzielone na 4 segmenty przy spełnieniu pozostałych wymagań w pkt 3 ?

Odp. NIE

#### Pytanie nr 3

Czy w rozumieniu pkt 6 Zamawiający dopuści wózki transportowe z dopuszczalnym obciążeniem roboczym na 170 kg?

Odp. NIE

#### Pytanie nr 4

Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka transportowego na 2095 mm?

Odp. NIE

#### Pytanie nr 5

Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z opuszczonymi barierkami na 860 mm?

Odp. TAK, dopuszcza

#### Pytanie nr 6

Czy w rozumieniu pkt 9 Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z podniesionymi barierkami na 860 mm ?

Odp. TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 7**

Czy w rozumieniu pkt 10 Zamawiający dopuści wymiary leża o długości 1905 mm i szerokości 640 mm?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

**Pytanie nr 8**

Czy w rozumieniu pkt 12 Zamawiający dopuści profilowane i zamknięte uchwyty do prowadzenia wózka na całej jego szerokości usytuowane zarówno od głowy i jak i nog pacjenta?

Odp. NIE

**Pytanie nr 9**

Czy w rozumieniu pkt 14 Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 605 mm do 920 mm?

Odp. TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 10**

Czy w rozumieniu pkt 19 Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0°-70° ?

Odp. TAK, dopuszcza

**Pytanie nr 11**

Czy w rozumieniu pkt 20 Zamawiający dopuści pozycję trendelenburga/anty-trendelenburga regulowaną hydraulicznie w zakresie  $\pm 12^\circ$  przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron łóżka?

Odp. Tak, dopuszcza

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KOLE  
*Iwona Wiśniewska*  
.....  
*Iwona Wiśniewska*