




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 03.11.2021

SPZOZ.DŚM-ZP.240.22.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 zm) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie 1 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy o szerokości rozwarcia ramion 16 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 15 mm, cewnik bez osłony zewnętrznej i teflonu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 2,4 mm. o długości 240 cm, z uchwytem skalowanym co 10 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 4 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 5 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igły o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Tak dopuszcza

Pytanie 6 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o długości cewnika 230 cm, 3 główki czyszczące na cewniku, każdy koniec zakończony oliwką.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 8 Pakiet nr 18:

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie wielorazowych chwytaków z cewnikiem średnicy 2,3 mm, dł. 2300mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9 Pakiet nr 19:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worka o pojemności 300 ml, z mocnym dnem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10 Pakiet nr 19:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy główki 21, 24, 26, 29 i 32 mm, stapler o średnicy 24 i 26 mm z pełnym prostym stożkiem z otworem do zabezpieczenia szwem, wysokość zszywki otwartej 4,5 mm dla średnicy 21 mm i 24 mm, wysokość zszywki 5,0 mm dla pozostałych średnic.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11 Pakiet nr 19:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplera o długości zszywania 65 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12 Pakiet nr 19:

Czy Zamawiający w pozycji 35 dopuści zaoferowanie staplera o długości zszywania 85 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13 Pakiet nr 19:

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplera 45 i 60 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zgodnie z art. 284 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.u.2019r, poz.2019 ze zm.),Zamawiający informuję, że ulegają zmianie niżej wymienione terminy:

- 1) Termin związania ofertą: 08.12.2021
- 2) Termin złożenia ofert: 09.11.2021r godz. 10.00
- 3) Termin otwarcia ofert: 09.11.2021r godz. 10.30

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KOLEJNOŚCIE
Joanna Wiśniewska