




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 02.11.2021

SPZOZ.DŚM-ZP.240.22.2021

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 zm) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie 1: Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu o długości komory kroplowej 55 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2: Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu ze standardowym kołcem

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3: Pakiet 1, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą wykonaną z medycznego PVC

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4: Pakiet 1, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo importera zamiast producenta na wyrobie

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5: Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą wykonaną z ABS bez wzmocnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6: Pakiet 1, poz. 6-9

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kodem kolorystycznym na opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7: Pakiet 1, poz. 15

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 8:Pakiet 1, poz. 17-19

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych z rozszerzoną skalą

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9:Pakiet 1, poz. 17-19

Proszę o dopuszczenie strzykawek bez mankietu z przetłoczeniami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10:Pakiet 1, poz. 17-19

Proszę o odstąpienie od wymogu mechanizmu chowania igły

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11:Pakiet 1, poz. 17-19

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Nie

Pytanie 12:Pakiet 1, poz. 20-27

Proszę o dopuszczenie igieł o wymiarach:

1) 4,5 x 13

2) 0,5 x 25

3) 0,6 x 32

4) 0,7 x 38

5) 0,8 x 38

6) 0,9 x 38

7) 1,1 x 38

8) 1,2 x 38

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13:Pakiet 1, poz. 29-30

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 14:Pakiet 11, poz. 1-6, 7-11, 12-14, 17-21

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 15:Pakiet 11, poz. 1-6, 7-11, 12-14, 17-21

Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem z trzpieniem powyżej jego krawędzi

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16:Pakiet 11, poz. 1-6, 7-11, 12-14, 17-21

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17:Pakiet 11, poz. 1-6, 7-11, 12-14, 17-21

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18: Pakiet 11, poz. 22-26

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Nie

Pytanie 19: Pakiet 11, poz. 1-6, 7-11

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką zamiast filtra

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20: Pakiet 11, poz. 12-14, 17-21

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21: Pakiet 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą klipsownicę endoskopową o rozwarciu ramion klipsa 11 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 22: Pakiet 18, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętlę do polipektomii o średnicy cewnika 2,4mm, średnica pętli 30 oraz 35 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 23: Pakiet 18, poz. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy cewnika 2,4mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 24: Pakiet 18, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o średnicy igły 0,6mm, średnica cewnika 2,4mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 25: Pakiet 18, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szczotkę czyszczącą z trzema główkami o długości 250 cm, opakowanie 50 szt.?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 26: Pakiet 18, poz. 16

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 27: Pakiet 18, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 10 ampulko-strzykawek po 5 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 28: Pakiet 9 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wklucia centralnego posiadającego w swoim składzie strzykawkę Luer Lock oraz igłotrzymacz o długości 14 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 29: Pakiet 9 Poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów posiadającego w swoim składzie nożyczki metalowe ostro-ostre 11,6 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 30: Projekt umowy

§ 11, ust. 1-2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obliczanie ich wartości w następujący sposób:

§ 11, ust. 1, pkt. 1 ; § 11, ust. 2 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

§ 11, ust. 1, pkt. 2 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej partii zamówienia

§ 11, ust. 1, pkt. 3 do kwoty 0,5% wartości wadliwej partii zamówienia

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 31: Pakiet 6, pozycja nr 1-6

Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości 2,1m?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 32: Pakiet 6, pozycja nr 8

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 33: Pakiet 6, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe wygięte łukowato, składające z dwóch osobnych elementów trwale ze sobą połączonych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 34: Pakiet 6, pozycja nr 9

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarach 1-5?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 35: Pakiet 6, pozycja nr 9

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „bezpieczeństwo w środowisku MRI”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 36: Pakiet 6, pozycja nr 12

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 120cm, z informacją o braku lateksu w worku oddechowym zawartą w karcie technicznej (zamiast na kołnierzu worka)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 37: Pakiet 6, pozycja nr 12

Czy zamawiający dopuści oznakowanie na opakowaniu dotyczące sterylizacji, zamiast certyfikatu walidacji procesu sterylizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 38: Pakiet 7, pozycja nr 23

Czy zamawiający dopuści przyrząd do mocowania rurek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 39: Pakiet 7, pozycja nr 24

Czy zamawiający dopuści przyrząd do mocowania rurek w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 39: Pakiet nr 18 Pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z cewnikiem o średnicy 2,6 mm (do współpracy z minimalnym kanałem 2,8 mm), pewnik pokryty polietylenem, rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm (do wyboru Zamawiającego), klipsownica zapakowana w plastikowy pancerz plastikowy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 40: Pakiet nr 18 Pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści pętlę z cewnikiem o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 41: Pakiet nr 18 Pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści pętlę z cewnikiem o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 42: Pakiet nr 18 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy otwarcia 10 mm, średnica cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 43: Pakiet nr 18 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną, cewnik o średnicy 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 44: Pakiet nr 18 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 4 mm lub 6 mm, pakowana po 10 szt., z metalowym kołnierzem jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 45: Pakiet nr 18 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kleszcze w cewniku pokrytym polietylenem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 46: Pakiet nr 18 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kleszcze w cewniku pokrytym polietylenem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 47: Pakiet nr 18 Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane w kartonowy dyspenser z otworem w jego górnej części, ułatwiający wyjmowanie pojedynczych ustników? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Tak

Pytanie 48: Pakiet nr 18 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronne, z włosiem o średnicy 6 mm na obu końcach, zakończone oliwką dla bezpieczeństwa kanału, o długości roboczej 6 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 49: Pakiet nr 18 Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 50: Pakiet nr 18 Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści chwytak z cewnikiem o średnicy 2,4 mm, z przeziernym cewnikiem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 51: Pakiet nr 18 Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści tusz w opakowaniu po 10 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 52: Pakiet 10 poz.16

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie 53: Pakiet 19 poz.1

Wnosimy o dopuszczenie Worka automatycznego z aplikatorem do ewakuacji preparatu umieszczonego na metalowych widelkach, wykonanego z materiału RipStop (materiał znacznie mocniejszy od poliuretanu, nieulegający pękaniu i zrywaniu się) kompatybilny z trokarem 10 mm. Objętość 200 ml. Opakowanie 10 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 54: Pakiet 19 poz.2

Wnosimy o dopuszczenie Staplera jednorazowego o wysokości zszywki otwartej 5mm dla staplera 21mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 55: Pakiet 19 poz.5

Wnosimy o dopuszczenie staplera zamykającego na 1,5 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 56: Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 57: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający złoży stosowną pisemną reklamację Wykonawcy, który rozpatrzy reklamację i w ciągu 5 dni roboczych i zobowiązany jest dostarczyć brakującą ilość sprzętu lub wymienić wadliwy wyrób.

Pytanie 58: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 pkt. 2, 3, 4:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
2. 0,5% ceny brutto każdej partii sprzętu, które nie zostały dostarczone w terminie określonym w §4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie sprzętu,**
3. za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na inny pozbawiony wad, o czym mowa jest w §8 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5% ceny brutto **wadliwej** partii sprzętu, za każdy dzień zwłoki **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii materiału.**
4. Za zwłokę w dostarczeniu dokumentów w terminie o którym mowa w § 5 ust.5, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, w którym minął termin ich dostarczenia, zwłoki **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione w dostarczeniu dokumenty.**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 59: . Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §6 ust. 8 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 60: Pakiet 18

Pakiet nr 18 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1, 8, 9

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 61: Pakiet 18 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści: Poz. 1 Klipsownica endoskopowa, średnica cewnika 2,6 mm. rozwarcie ramion klipsa 12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 62 – Pakiet 6 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych i masek aerozolowych z nebulizatorem, masek tlenowych z rezerwuarem z drenem o długości 2,1m przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 63 – Pakiet 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego filtra oddechowego elektrostatycznego o masie 23g, przestrzeni martwej 42ml, skuteczności filtracji dla wirusów i bakterii >99,998% potwierdzoną w niezależnym laboratorium, przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 64 – Pakiet 6 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, w siedmiu rozmiarach : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankieta, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 65 – Pakiet 6 poz. 10, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos o długości 210cm przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 66 – Pakiet 6 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu do znieczulenia dla dorosłych, wykonanego z medycznego PVC o gładkim świetle wewnątrz, dwie rury długości 180 cm i dodatkowej rury do worka o długości 1 m z workiem oddechowym bezlateksowym o poj. 2 L z oznaczeniem wielkości worka, ze złączami elastycznymi Flex 22F, złączką prostą 22M-22M, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 67 – Pakiet 6 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu do znieczulenia dla dorosłych, z rur karbowanych zewnętrznie i gładkich wewnątrz, wykonanych z medycznego PVC, składającego się z dwóch rur o długości 180cm i dodatkowej rury do worka oddechowego o długości 1m, z elastycznymi złączami od strony respiratora 22F Flex, łącznikiem Y z łącznikiem kolankowym z portem luer lock zabezpieczonym wciskany koreczkiem; worek oddechowy bezlateksowy neoprenowy o pojemności 2L z oznaczeniem wielkości worka, złączka prosta 22M-22M, układ sterylny, wszystkie elementy układu w jednym opakowaniu?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 68 Pakiet 11 poz.24

Czy Zamawiający miał na myśli aparat do podaży diet dojelitowych?

Czy dla Zamawiającego nie będzie korzystniejsze, z uwagi na różne opakowania diet dojelitowych, wymaganie zestawów uniwersalnych, które są kompatybilne zarówno do worków jak i butelek?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 70 Pakiet 11 Poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego o dł. 110 cm i CH 14 lub CH 16?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 71 Pakiet 11 Poz. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego o dł. 110 cm i CH 12?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 72 Pakiet 12 Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie haczyka laparoskopowego monopolarnego, wielorazowego, długość min. 33 cm ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 73 Pakiet 1,3,4,5,6,7

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Tak, potwierdza

Pytanie 74 Pakiet 1,3,4,5,6,7

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Nie wymaga

Pytanie 75 Pakiet 1,3,4,5,6,7

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: W przypadku dostarczania produktów objętych przytoczonym rozporządzeniem Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu za pomocą standardowej usługi kurierskiej z możliwością udokumentowania (rejestracji i wydruku temperatury) warunków transportu.

Pytanie 76 Pakiet 1,3,4,5,6,7

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający będzie żądał przy dostawie wydruku dotyczącego temperatury transportu lub oświadczenia o prawidłowości transportu podpisanego przez osobę odpowiedzialną.

Pytanie 77 Pakiet 1 poz.29

Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze różowym i niebieskim (w zależności od płci dziecka) Z naszej wiedzy wynika, że producent zakończył produkcję opasek przezroczystych. Proszę o dopuszczenie jak poniżej:

Opaski do identyfikacji

Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych posiadające zamykaną kieszonkę na kartkę umożliwiającą opisanie danych identyfikacyjnych (z nadrukiem), nietoksyczna, miękka, jednorazowego użytku.

- opakowanie jednostkowe – 100 szt.
- opaski są wykonane z materiału, który nie powoduje reakcji alergicznych i odparzeń,
- zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie (typ zatrzask)
- otwory umożliwiające regulację długości taśmki.
- długość całkowita opaski dla dzieci- 17,2cm
- Dla noworodków (niebieskie lub różowe)

Odpowiedź: Tak

Pytanie 78 Pakiet 4 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok65 stopni ShA. Jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu. Otwór centralny i 5 bocznych otworów . Rozszerzony koniec dystalny.

Długość 40 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 79 Pakiet 5 poz. 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści jak poniżej

Dren T-Kehr




- wykonane z lateksu naturalnego
 - jednorazowego użytku
 - jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu
 - pakowane podwójnie folia / folia - papier
- Cewnik T-Kehr występuje w rozmiarach CH 8 do CH 26 długość ramion 16/38 cm

Odpowiedź: Tak

Pytanie 80 Pakiet 5 poz. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jak poniżej

Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych



- wykonane z PCW
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- jeden otwór centralny, dwa otwory boczne naprzemianległe
- jednorazowego użytku
- jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- opakowanie folia-papier

Cewnik do odsysania występuje w rozmiarach:

od CH 6 do CH 10 długość 400 mm

od CH 12 do CH 22 długość 600 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 81 Pakiet 6 poz. 1-6,10-11

Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 82 Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniu 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań tj. 563 opakowania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 83 Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 10 kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5cm,
- 10 tupper z gazy bawełnianej w kształcie kuli 20cm x 20cm,
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm,
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 45cm x 75cm,
- 1 x serweta włókninowa 45cm x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem wokół otworu,
- 1 x strzykawka plast. 2cz 10ml LN X,
- 1 x strzykawka plast. 2cz 20ml LN X,
- 1 x igła 1,2mm x 40mm 18G 11/2 różowa,
- 1 x igła 0,8mm x 40mm 21G 11/2 zielona,
- 1 x ostrze nr 11 - długość 40mm,
- 1 x igłotrzymacz typu Webster 13 cm,
- Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 84 Pakiet nr 9, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm,

- 3 x tupfer z gazy bawełnianej w kształcie kuli 20cm x 20cm,
- 5 x kompresy włókninowe 30g/m² 7,5cm x 7,5cm,
- 1 x nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm,
- 1 x serweta włókninowa 50cm x 60cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem wokół otworu,
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 45cm x 75cm,
- 1 x kleszczyki metalowe Webster 13 cm
- Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 85 pakietu nr 9, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 3 x tupfer z gazy bawełnianej w kształcie kuli 20cm x 20cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm,
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm,
- 1 x ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5 cm,
- Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 86 Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 8 ogólnych warunków umowy zostało dodane wyrażenie „...chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 87 Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy § 12 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności powinno być dokonane w formie pisemnej i złożone Wykonawcy nie później niż przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia przyczyny odstąpienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.”

Pytanie 88 Pakiet nr 6: Pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 na zasadzie równoważności ofert „Maski tlenowe dla dorosłych z niezagniatającym się drenem o długości 210 cm, z 2 standardowymi złączami, wolne od ftalanów, mikrobiologicznie czyste, data ważności na opakowaniu jednostkowym. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 89: Pakiet nr 6 Pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 na zasadzie równoważności ofert „Maski tlenowe dla dzieci z niezagniatającym się drenem o długości 210 cm, z 2 standardowymi złączami, wolne od ftalanów, mikrobiologicznie czyste, data ważności na opakowaniu jednostkowym. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 90: Pakiet 6 Pozycja 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 na zasadzie równoważności

„Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 lub 15 ml dla dorosłych, maska do

nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 91 Pakiet 6 Pozycja 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 na zasadzie równoważności ofert „Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml dla dzieci, maska do nebulizacji dla dzieci, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: TAK

Pytanie 92 Pakiet 6 Pozycja 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 na zasadzie równoważności ofert „Maski tlenowe wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem i drenem o długości 210 cm, standardowe złącza, dwa boczne zawory. Wolne od ftalanów, mikrobiologicznie czyste, data ważności na opakowaniu jednostkowym.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 93 Pakiet 6 Pozycja 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6 na zasadzie równoważności ofert „Maski tlenowe wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem i drenem o długości 210 cm, standardowe złącza, dwa boczne zawory. Wolne od ftalanów, mikrobiologicznie czyste, data ważności na opakowaniu jednostkowym.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 94 Pakiet 6 Pozycja 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7 na zasadzie równoważności ofert „Okrągły, elektrostatyczny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy dla dorosłych o wadze 29g, objętości oddechowej w przedziale 300-1500 ml. Filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji 99,999%, martwa przestrzeń o pojemności 45 ml. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 95 Pakiet 6 Pozycja 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 9 na zasadzie równoważności ofert „Maski krtaniowe jednorazowego użytku, wykonane z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy w „kolorze skóry”), składające się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchanego mankieta niskociśnieniowego z możliwością dopompowania w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 (30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany folia-papier. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 96 Pakiet 6 Pozycja numer 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 10 na zasadzie równoważności ofert „Wąsy tlenowe dla dorosłych posiadają elastyczne zakończenia w wersji prostej oraz zakrzywionej, której anatomiczny kształt pozwala na dopasowanie do każdego pacjenta. Kaniule tlenowe w długości 210 cm, mikrobiologicznie czyste, data ważności na opakowaniu jednostkowym. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 97 Pakiet 6 Pozycja numer 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 11 na zasadzie równoważności ofert „Wąsy tlenowe dla dzieci posiadają elastyczne zakończenia w wersji prostej oraz zakrzywionej, której anatomiczny kształt pozwala na dopasowanie do każdego pacjenta. Kaniule tlenowe w długości 210 cm, mikrobiologicznie czyste, data ważności na opakowaniu jednostkowym. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie 98 Pytanie 6 Pozycja numer 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 11 na zasadzie równoważności ofert „Gładki obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia charakteryzujący się plastycznymi, łącznikami od strony aparatury wraz z lekkimi i sztywnymi łącznikami w obrębie układu. Gładka powierzchnia wewnątrz rury, zapobiega osadzaniu się cząsteczek wilgoci. Obwód oddechowy o długości 180 cm dla dorosłych, z łącznikiem Y, portem do pomiaru CO₂, dodatkowa gałąź o długości 150 cm oraz 2l worek bezłateksowy, średnica układu 22mm – biologicznie czysty. Produkt zgodny ze zdjęciem poniżej.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 99 Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wzmocnienia włóknem szklanym igły biorecznej ściętej dwupłaszczyznowo wykonanej z ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 100 Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści niepirogenny i nietoksyczny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PVC, nie pozbawionej PP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 101 Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą kroplową wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 102 Pakiet 1, poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kolorystycznym oznaczeniem na opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 103 Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 ml (dwuczęściowe) z rozszerzeniem 2,2 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 104 Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 5 ml (dwuczęściowe) z rozszerzeniem 5,5 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 105 Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 10 ml (dwuczęściowe) z rozszerzeniem 11 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 106 Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml (dwuczęściowe) z rozszerzeniem 22 ml pakowane po a'50 szt.?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 107 Pakiet 1, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z uszczelnieniem z pojedynczą skalą?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 108 Pakiet 1, poz.29

Czy Zamawiający dopuści opaski nieprzezroczyste w kolorze niebieskim i różowym o długości 17 cm oraz opakowaniu jednostkowym a'100szt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 109 Pakiet 4, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej ze strzykawką wyposażoną w skalę jednostronną? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 110 Pakiet 4, poz.5

Czy Zamawiający dopuści katetery do embolektomii wykonane z poliamidu? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 111 Pakiet 4, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe do resuscytatora roz. od 0-5?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 112 Pakiet 4, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści worki ze skalą z wysoką dokładnością pomiaru od 25 ml, co 50 ml od 50 ml do 200 ml i co 100 ml do 2000 ml oraz z drenem zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 113 Pakiet 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran z pojemnikiem ssącym typu miszek wykonanym z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 114 Pakiet 6, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe ze śladową ilością ftalanów ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 115 Pakiet 6, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe bez znacznika głębokości, nie przeznaczone do używania w środowisku MRI, w rozmiarach 1-5?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 116 Pakiet 6, poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści sterylne cewniki ze śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 117 Pakiet 6, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o następujących parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA, bez zawartości PVC
- Uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 1 litra lub 3 litrów

- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka, opakowanie folia/papier

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 118 Pakiet 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt. z przeliczeniem ilości do 500 opakowań?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 119 Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kuwetę 20ml?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 120 Pakiet 7, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do przedoperacyjnego mycia rąk i skóry w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych, korpus wykonany z nylonu, oszczotkowanie główne i pomocnicze (do mycia opuszków palców i paznokci) wykonane z nylonu, pęczki włosia równomiernie rozłożone, dzięki czemu środek dezynfekujący jest efektywnie rozprowadzany, zastosowane materiały gwarantują skuteczność, komfort mycia, uniemożliwiają osadzanie się zanieczyszczeń i przeciwdziałają rozwijaniu się flory bakteryjnej, niesterylna, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 132 st.C, wielorazowego użytku, dopuszczalna ilość resterylizacji – 100 razy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 121 Pakiet 9

Czy Zamawiający w przypadku wezwania o dostarczenie próbki dopuści próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 123 Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dożylnego wklucia centralnego o składzie:

- 10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm
- 10 x tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm
- 1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm
- 1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm
- 1 x peseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta 45 cm x 75 cm 60 g/m2 foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm
- 1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml
- 1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml
- 1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa
- 1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona
- 1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane
- 1 x serweta 90 cm x 75 cm 45 g/m2 foliowo-bibułowa
- 1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)

Opakowanie typu twardy blister dwukomorowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 124 Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;
- 1 x peseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;
- 6 x tampon z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr3);
- 1 x igłotrzymacz **15 cm**;

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;
1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml;
1 x igła 1,2mmx40mm, 18G x 1 1/2, różowa ;
1 x igła 0,8mmx40mm, 21 G x 1 1/2, zielona ;
1 x serweta włókniniowa **50cmx60 z przylepnym otworem 6cmx8cm;**
1 x serweta włókniniowa nieprzylepna **50cmx70cm;**

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 125Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 126Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym w ramach pojemnika na odpadki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 127 pakiet 1, poz. 1-2,10,12-13,16,29-30,

Czy zamawiający wydzielił poz.1-2,10,12-13,16,29-30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 128 pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą bioreczną dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dl komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 129 pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów

Odpowiedź: TAK

Pytanie 130 pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeptu na zacisku rolkowym i niejsca na umieszczenie igły biorecznej, natomiast kolec igły biorecznej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 131 pakiet 1, poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną

identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 132 pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 133 pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorecza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 134 pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorecza dwukanałową, trój płaszczyznowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3.69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 135 pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 136 pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 137 pakiet 1, poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 138 pakiet 1, poz. 29

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/- 1 mm)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 139 pakiet 4, poz. 30-31

Czy zamawiający wydzieli poz.30-31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 140 pakiet 4, poz. 31

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 141 Pakiet 4, poz. 31

czy zamawiający dopuści worek z jedną długością drenu - 90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 142 pakiet 5, poz. 21-26

Czy zamawiający wydzieli poz.21--26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 143 pakiet 6, poz. 1-6,10-11

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-6,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 144 Pakiet 6, poz. 1-6,10-11

Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?

Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy.

Pytanie 145 pakiet 11, poz. 16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie 146 pakiet 11, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza

Pytanie 147 Pakiet 11, poz. 16

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 148 Pakiet nr 6, poz. 8

Czy w Pakiecie nr 6, poz. 8 dopuści jako równoważny filtr o korzystniejszych parametrach:

- mniejsza masa własna – 19g
- mniejsza, korzystniejsza przestrzeń martwa: 20 ml?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie 149, Pakiet nr 6,

Prosimy Zamawiającego w Pakiecie nr 6 o odstąpienie od wymogu załączenia certyfikatu walidacji procesu sterylizacji producenta. Jest to bardzo rozbudowany dokument kilkudziesięciostronnicowy, który musiałby być przetłumaczony przez zaprzysiężłego tłumacza. Do analizy tego certyfikatu konieczny jest specjalista z odpowiednim przeszkoleniem lub o dopuszczenie potwierdzonego przez producenta oświadczenia o walidacji procesu zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie? wykonawców.

Odp. Odstępujemy od wymogu dostarczenia certyfikatu walidacji do oferty.

Pytanie 150 Pakiet nr 6 poz. 9,

Z uwagi na fakt, iż jest to produkt importowany wyłącznie przez jednego wykonawcę, z uwagi na małą ilość w przetargu, a tym samym zablokowanie możliwości złożenia ofert konkurencyjnych prosimy o wykreślenie niniejszej pozycji lub dopuszczenie jako równoważnej maski:

Maski krtaniowe, których budowa jest zgodna z budową anatomiczną gardła, łatwo zakładane.

Koniuszek mankietu, nie podwijający się podczas zakładania maski, oznaczenia na masce umożliwiające identyfikację rozmiaru maski oraz określenie stopnia wypełnienia mankietu. Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję. Bezpieczeństwo w środowisku MRI, 7 rozmiarów?

Odp. Zgodnie z SWZ

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOLE
[Podpis]
Krzysztof Wiśniewski