



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dnia 05.04.2022

SPZOZ.DŚM-ZP.240.05.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania: **„Sukcesywny zakup i dostawa leków i produktów farmaceutycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje o pytaniach i odpowiedziach:

Pytanie nr 1,

Pakiet 11, Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych z nitką radiacyjną 17 nitkowych, 12 warstwowych?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet 11, Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny w rozmiarze 37 x 57 cm, sklasyfikowanej przez producenta, jako wyrób higieniczny?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet 11, Poz. nr 10-12 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania do 4 minut, pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet 11, Poz. nr 10-12 czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w zgrzewane opakowania foliowe, których gaza nośna jest obustronnie pokryta gipsem medycznym i nawinięta na tekturowy rulonik (ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 5,

Pakiet nr 15, Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanego neutralną maścią, nie zawierającą składników czynnych i uczulających w następujących rozmiarach

- 15a. 5 x 5 cm,
- 15b. 7,5 x 10 cm lub 10 x 20 cm
- 15c. 10 x 20 cm lub 20 x 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza w następujących opatrunki rozmiarach 5 x 5 cm, 7,5 x 10 cm, 10 x 20 cm

Pytanie nr 6, Rozdział III, Opis przedmiotu zamówienia

Pkt 8- zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku materiałów opatrunkowych objętych przedmiotem zamówienia publicznego powinny one posiadać właściwe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

Odp. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych jeżeli jest wymagane – tak.

Pytanie nr 7, PROJEKT UMOWY

§ 9, ust. 1, ust. 1; ust. 2- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

*/ Z up. Dyrektora
Główny Księgowy
Aneta Kaźmierczak/*