



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 27.12.2022 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.21.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym „Dostawa środków ochrony osobistej, obłożeń chirurgicznych oraz materiałów do sterylizacji.

Pakiet 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod szyją w kształcie półokrągłym?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókna polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókna polipropylenowej, nieperforowanej, jednowarstwowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści czepki typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókna polipropylenowej, nieperforowanej, jednowarstwowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folię gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odp. Tak, dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Tak

Pakiet 1, poz. 8

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
 - o Mankiet 5 cm
 - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty..

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pakiet 2, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pakiet 2, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maski w kolorze wyłącznie niebieskim?

Odp. Tak

Pakiet 2, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z trzech warstw (3x 25 g/m2) : 2 warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej oraz warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odp. Tak

Pakiet 2, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp. Tak

*/p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole
Grzegorz Gibaszek/*