



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
62 - 600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25



Koło, dn. 23.12.2022 r.

SPZOZ.DŚM-ZP.240.21.2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie podstawowym „Dostawa środków ochrony osobistej, obłożeń chirurgicznych oraz materiałów do sterylizacji.

Pytanie 1 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Pakiet nr 12, poz. 1)

Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i zaoferowany test powinien posiadać substancję wskaźnikową zgodną z normą ISO/TS 15883-5? To właśnie ta norma opisuje szczegółowo substancje wskaźnikowe stosowane do określenia skuteczności mycia. Normy z serii EN ISO 15883 dotyczą wymagań postawionych urządzeniom - myjniom-dezynfektorom.

Odp. Tak, potwierdza omyłkę pisarską powinna być norma ISO/TS 15883-5

Pytanie 2 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Pakiet nr 12, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Odp. Tak

Pytanie 3 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Pakiet nr 12, poz. 2)

Czy dla potwierdzenia, że certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej został wystawiony dla opisanych testów, Zamawiający wymaga, by znajdował się na nim kod oraz nazwa produktu?

Odp. Tak

Pytanie 4 – do Formularza cenowego – Załącznik nr 2 (Pakiet nr 12, poz. 1,2)

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów mycia i sterylizacji były wyrobami medycznymi?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści podkład chłonny o górnej warstwie wykonanej z polipropylenu o grubości 13 g/m², środkowej warstwie o grubości 50 g/m² zawierającej SAP oraz dolnej warstwie wykonanej z folii polietylenowej o grubości 23 g/m², pakowany po 30 sztuk?

Odp. Tak

Pytanie nr 6 Pakiet 1, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 7 - Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w kolorze niebieskim i/lub zielonym?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 8 - Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający oczekuje ubrania zgodne z aktualną normą PN-EN 13795-2:2019?

Odp. Tak

Pytanie nr 9 - Pakiet 1, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 10 - Pakiet 1, poz. 9,10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 11 - Pakiet 2, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wykonaną z trzech warstw niepylającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²)?

Odp. Tak

Pytanie nr 12 - Pakiet 2, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną typ II o poziomie filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm² oraz czystości mikrobiologicznej 1,11 cfu/g?

Odp. Tak

Pytanie nr 13 - Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną tylko w kolorze zielonym?

Odp. Tak

Pytanie nr 14 - Pakiet 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną tylko w kolorze niebieskim?

Odp. Tak

Pytanie nr 15 - Pakiet 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną z gumkami o dł. 16,5cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 16 - Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę pakowaną a'1szt?

Odp. Tak

Pytanie nr 17 - Pakiet 2, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 18 - Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 - Pakiet 4, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z folii poliuretanowej, przezroczysty, wodoodporny, z ramką, wycięciem „U” oraz taśmą do opisu w rozmiarze 6cm x 7cm?.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 - Pakiet 4, poz. 3 – Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 21 - Pakiet 7, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50cm x 50m z perforacją co 38 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22 - Pakiet nr 2- MASKI MEDYCZNE , poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski medycznej w kolorze tylko niebieskiej?

Odp. Tak

Pytanie nr 23 – Pakiet nr 4, OPATRUNKI ZABEZPIECZAJĄCE, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniuli w rozmiarze 6 x 8 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24 – Pakiet nr 4, OPATRUNKI ZABEZPIECZAJĄCE, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku do kaniuli w opakowaniu 100 szt.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 4, OPATRUNKI ZABEZPIECZAJĄCE, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SWZ

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy przeznaczone wyłącznie do kontroli skuteczności mycia mechanicznego?

Odp. Tak

Pytanie nr 27 – Pakiet nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści testy Bowie Dick posiadające arkusz testowy o wymiarach 11,5cm x 11,5cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 28 – Pakiet nr 13, poz. Nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści papier o okresie utrzymania sterylności wynoszącym 180 dni, potwierdzony dokumentem producenta?

Odp. Tak

Pytanie nr 29 – Pakiet nr 13, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści papier biały i zielony pakowane osobno?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30 – Pakiet nr 13, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści taśmy w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 31 – Pakiet nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt.? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 32 -Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób z inkontynencją; pozwala utrzymać w czystości pościel, łóżko, wózek inwalidzki, fotel, itp.; warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włóknina; rozmiar 60x90 cm, waga produktu 57g, chłonność 1600g wg EN ISO 11948-1, opakowanie 30 szt. z przeliczeniem liczby opakowań i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 33 - Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o parametrach masa nie mniej niż 44,2 g. Chłonność [g] nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 1250 g. Rozmiar 90x60cm. Podkład zawiera superabsorbent. Brak informacji o gramaturze włókniny, folii i superabsorbentu, opakowanie 30 szt. z przeliczeniem liczby opakowań i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 34 - Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o parametrach masa nie mniej niż 111,2 g. Chłonność [g] nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 2500 g. Rozmiar 90x60cm. Podkład zawiera superabsorbent. Brak informacji o gramaturze włókniny, folii i superabsorbentu, opakowanie 15 szt. z przeliczeniem liczby opakowań i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 35 - Pakiet 5 poz. 1-2: czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem liczby opakowań i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 36 - Pakiet 5 poz. 1-4: czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze minimum 57g/m²?

Odp. Tak

Pytanie nr 37 - Pakiet 8 poz. 1-2: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? Jednocześnie zwracamy uwagę, że oświadczenie producenta nie jest równoważnym potwierdzeniem tych wymagań.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 38 - Pakiet 8 poz. 1-2: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 39 - Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie 75 - 110 cm rozmiar M?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 40 - Pakiet 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie 100 - 150 cm rozmiar L?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 41 - Pakiet 9 poz. 3: Czy zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie 130 - 170 cm rozmiar XL?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 42 - Pakiet 9 poz. 1-3: czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; podwójne przylepcorzepty wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy, bez elementów lateksowych?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43 - Pakiet 9 poz. 1-3: czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych z dwoma ściągaczami taliowymi, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie; podwójne przylepcorzepty wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy, bez elementów lateksowych?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44 - Pakiet 9 poz. 1-3: czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych z dwoma ściągaczami taliowymi, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); warstwę rozprowadzającą zapewniającą szybkie i dokładniejsze wchłanianie, falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie; podwójne elastyczne przylepcorzepty wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy, bez elementów lateksowych?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45 - Pakiet 9 poz. 1: czy zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w której chłonność badana jest wg ISO 11948-1 i wynosi minimum 2200 g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46 - Pakiet 9 poz. 2-3: czy zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w której chłonność badana jest wg ISO 11948-1 i wynosi minimum 2500 g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47 - Pakiet 9 poz. 1: czy zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w której chłonność badana jest wg ISO 11948-1 i wynosi minimum 2300 g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48 - Pakiet 9 poz. 2-3: czy zamawiający dopuszcza pieluchomajtki w której chłonność badana jest wg ISO 11948-1 i wynosi minimum 2600 g?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49 - Pakiet 9 poz. 4: Czy zamawiający dopuszcza podkłady 60x90 cm higieniczne do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób dotkniętych inkontynencją oraz podczas zabiegów pielęgnacyjnych; pozwalają utrzymać w czystości pościel, łóżko, wózek inwalidzki, fotel, itp.; warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa (z nadrukiem), we wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą, warstwę wierzchnią stanowi włóknina; chłonność [g] nie mniej niż (wg ISO 11948-1) 2000 g i masa nie mniej niż 95 g?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 50 - Pakiet 9 poz. 4: czy nie doszło do omyłki pisarskiej w kolumnie jednostka miary i Zamawiający wymaga 15 opakowań a'30 szt.? Obecnie Zamawiający wymaga 15 sztuk podkładów pakowanych a'30 szt.

Odp. Tak doszło do omyłki pisarskiej Zamawiający wymaga 15 opakowań a'30 szt.

Pytanie nr 51 - Pakiet 14: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowaną w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji?

Odp. Tak odstępujemy od wymogu w przypadku składania oferty przez producenta.

Pytanie nr 52 - Pakiet 14: czy Zamawiający dopuści, aby piktogramy przedstawiające kierunek otwierania były umieszczone zarówno od strony folii jak i od strony papieru, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i pracę z produktem gotowym?

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 53 - Pakiet 14: czy Zamawiający dopuści aby wskaźniki umieszczone były na papierze pod folią?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54 - Pakiet 14: czy Zamawiający dopuści rękawy foliowo-papierowe o 7 warstwowej folii?

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 55 - Pakiet 14 poz. 7: czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 32 cm x 6 cm x 66 mb?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56 - Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 4 ust. 17 wzoru umowy na „Kary umowne będą naliczane do momentu posiadania przez Zamawiającego danego towaru, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę”? Nieuzasadnione jest dalsze naliczanie kar umownych w przypadku gdy Zamawiający będzie już posiadał towar zakupiony interwencyjnie u innego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w § 4 ust. 17, który otrzymuje brzmienie:

„Kary umowne będą naliczane do momentu posiadania przez Zamawiającego danego towaru, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę”

Pytanie nr 57 Pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Prosimy o dopuszczenie zestawu z minimum dwiema etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 58 Pakiet nr 6 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 6 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Prosimy o dopuszczenie zestawu z minimum dwiema etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji zawierającymi nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 60, Pakiet nr 6 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H₂O, z serwetą na stolik Mayo o gramaturze w obszarze wzmocnionym 75 g/m², serwetą dla noworodka z włókniny o gramaturze 65 g/m oraz drenem ssącym z końcówką typu Yankauer o średnicy 10 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 61, Pakiet nr 6 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 62 Pakiet nr 6 poz. 29

Prosimy o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min. 260 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Tak, dopuszcza

Pytanie nr 63, Pakiet nr 6 poz. 33

Prosimy o dopuszczenie zestawu z fartuchem, którego rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odp. Tak dopuszcza

Pytanie nr 64 – zapisy SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 65 – Pakiet nr 5, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego opakowania ze specjalnej miękkiej włókniny nadającej się do sterylizacji o gramaturze 57 g/m²

Odp. Tak

Pytanie nr 66 – Pakiet nr 5, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowego opakowania ze specjalnej miękkiej włókniny nadającej się do sterylizacji w rozmiarze 120x120 pakowane w ilości po 126 szt. przy zachowaniu ilości całoopakowaniowych?

Odp. Tak, wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 67 – Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego opakowania ze specjalnej włókniny nadającej się do sterylizacji o gramaturze 57/g/m²

Odp. Tak

Pytanie nr 68 – Pakiet nr 5, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowego opakowania ze specjalnej miękkiej włókniny nadającej się do sterylizacji w rozmiarze 120x120 pakowane w ilości po 126 szt. przy zachowaniu ilości całoopakowaniowych?

Odp. Tak, wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 69 – Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego opakowania ze specjalnej włókniny nadającej się do sterylizacji o gramaturze 57/g/m²

Odp. Tak

Pytanie nr 70 – Pakiet nr 5 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowego opakowania ze specjalnej miękkiej włókniny nadającej się do sterylizacji w rozmiarze 100x100 pakowane w ilości po 126 szt. przy zachowaniu ilości całoopakowaniowych?

Odp. Tak, wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 71 – Pakiet nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego opakowania ze specjalnej włókniny nadającej się do sterylizacji o gramaturze 57/g/m²

Odp. Tak

Pytanie nr 72 – Pakiet nr 5 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jednorazowego opakowania ze specjalnej miękkiej włókniny nadającej się do sterylizacji w rozmiarze 100x100 pakowane w ilości po 126 szt. przy zachowaniu ilości całoopakowaniowych?

Odp. Tak, wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 73 – Pakiet nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie&Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odp. Tak

Pytanie nr 74 – Pakiet nr 13, poz. 1 i 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru konfekcjonowanego oddzielnie?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 75 – Pakiet nr 13, poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej o wymiarach 19mmx50m?

Odp. Tak

Pytanie nr 76 – Pakiet nr 13, poz. 3

Czy zamawiający wymaga, aby taśma samoprzylepna koloru niebieskiego do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu posiadała wytrzymałość min 87N/25mm min grubości 0,15mm oraz przyczepność do stali 8,2 N/25mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 77 – Pakiet nr 13, poz. 4

Czy zamawiający wymaga, aby taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu posiadała wytrzymałość min 87N/25mm min grubości 0,15mm oraz przyczepność do stali 8,2 N/25mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 78 – Pakiet nr 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe z folią 8 warstwową ze względu na podniesienie pewności co do zachowania sterylności po procesie?

Odp. Tak

Pytanie nr 79 – Pakiet nr 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty jeżeli znak CE znajduje się na etykiecie zewnętrznej?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80 – Pakiet nr 14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo-foliowe których zgodność z normami EN 11607-1 oraz PN EN 868 potwierdza producent opakowań?

Odp. Tak

Pytanie nr 81 – Pakiet nr 14, poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 350mmx80mmx100m?

Odp. Tak

*/p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
Grzegorz Gibaszek/*